

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2^Η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Λ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ19018, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 23/2022)

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2).**

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Πόλη	ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός	19018
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	
Τηλέφωνο	2132028509
Φαξ	2105551515
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	promithies4@thriassio-hosp.gr , promithies1@thriassio-hosp.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Μ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ, Μ. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 του Φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50421000-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 942.476,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 471.238,44 € συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 471.238,44 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Αωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις αποφάσεις:

- Τη με αριθμ. 50/24.10.22 (Θ. 35° ΟΙΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «περί προκήρυξης διαγωνισμού»
- Την αριθμ. 25670/03.11.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖ9Ρ4690ΒΚ-90Η , Α/Α 892)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς	Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ	Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών	Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ	08/11/2022	ΑΜΕΣΩΣ	09/12/2022 18:00	15/12/2022 11:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

- **ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ**
- **ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**
- **ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ**

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thriassio-hosp.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπύπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του διαγωνισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνωριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλακιδίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλακιδίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών , με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
- της ημερομηνίας παράδοσης
- του ποσού παράδοσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

ι) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ], δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις **εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:**

A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

- i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές
- ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
- iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

- i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
- ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
- iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του Οικονομικού Φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή αποσπάσματα Οικονομικών καταστάσεων των (3) τριών τελευταίων ετών .

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών , με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
- της ημερομηνίας παράδοσης
- του ποσού παράδοσης

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000. EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα

ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την **απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

B.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα:

[Αν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.]

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα επτά (7) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 15^η/ 12 / 2022 και ώρα 11:00

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
- δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ' -ζ' του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις

νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί.

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, γι' αυτό το λόγο και η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με τις ίδιες συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Τεμ	Τιμή Μονάδος	Συνολ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1	Αναπνευστήρες GE R860 (ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟ)	6	1.100,00	6.600,00 €
2	Αναπνευστήρες DRAEGER SAVINA 300 (ΜΕΚ)	3	1.600,00	4.800,00 €
3	Αναπνευστήρες COVIDIEN PB 840 [(3) ΜΕΘ & (8) ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟ - ΜΕΚ]	11	1.890,00	20.790,00 €
4	Αναπνευστήρας MAQUET Servo-i (ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟ)	1	2.390,00	2.390,00 €
5	Αναπνευστήρας MAQUET Servo-air (ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟ)	1	2.110,00	2.110,00 €
6	Αναπνευστήρες HAMILTON C1	2	1.600,00	3.300,00 €
7	Αναπνευστήρας φορητός HAMILTON T1 (ΤΕΠ) S/N13896	1	1.450,00	1.450,00 €
8	Αναπνευστήρες HAMILTON C1	10	1.600,00	16.000,00 €
9	Αναπνευστήρες MINDRAY SV600 ΜΕΚ και ΤΕΠ(1)	11	1.927,00	21.197,00 €
10	Αναπνευστήρας DRAEGER EVITA V600 ΜΕΘ	1	2.200,00	2.200,00 €
11	Αναπνευστήρες φορητοί DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS (ΜΕΚ)	1	1.100,00	1.100,00 €
12	Αναπνευστήρες φορητοί DRAEGER OXYLOG 3000 PLUS (ΠΝ)	1	1.100,00	1.100,00 €
13	Αναπνευστήρες φορητοί DRAEGER OXYLOG 3000 (ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟ, Ν/Χ, ΜΕΦ, ΠΝ)	4	1.100,00	4.400,00 €
14	Αναπνευστήρας φορητός WEINMANN medumat standard2 ΤΕΠ	3	800,00	2.400,00 €
15	Αναισθησιολογικό GE DATEX-OHMEDA AESPIRE & MONITOR B650 (ΧΕΙΡ/ΛΑΤΣΕΙΟ - ΜΕΘ ΛΑΤΣΕΙΟ)	1	2.100,00	2.100,00 €
16	Αναισθησιολογικό HEINEN & LOEWENSTEIN LEON PLUS ΜΕ MONITOR MENNEN Vitalogik 6000 (ΧΕΙΡ)	1	3.680,00	3.680,00 €
17	Αξονικός Τομογράφος SIEMENS SENSATION 64 (ΑΚΤ)	1	52.800,00	52.800,00 €
18	Σεφανιογραφικό Συγκρότημα SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE (ΜΟΝ ΣΤΕΦ)	1	31.020,00	31.020,00 €
19	Μαστογράφος SIEMENS Mammomat 3000 (ΑΚΤ)	1	12.650,00	12.650,00 €
20	Αγγειογράφος SIEMENS ARTIS ZEE Floor S/N: 138419	1	17.222,00	17.222,00 €
21	Σύστημα ψηφιοποίησης AGFA CR 85.0 (sn: 2995) ID TAB, MONITOR, H/Y, NX2gen, NX2mamo, Drystar5500 (ΑΚΤ)	1	3.000,00	3.000,00 €
22	Σύστημα ψηφιοποίησης AGFA CR 85.0 (sn: 4922) ID TABLET, MONITOR, H/Y, NX 2008 (ΑΚΤ)	1	2.160,00	2.160,00 €

23	Αυτόματο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα AGFA DR600 S/N: 1249 - Φορητός Σταθμός εργασίας AGFA DELLDELL LATITUDE CONVERTIBLE7285 2-in-1	1	14.350,00	14.350,00 €
24	Ακτινοσκοπικό C-arm PHILIPS BV Pulsera (ΒΗΜΑΤΟΔ)	1	8.400,00	8.400,00 €
25	Ακτινολογικά φορητά PHILIPS Practix 160 (ΛΑΤΣΕΙΟ)	2	2.500,00	5.000,00 €
26	Ακτινοσκοπικό C-arm GE OEC 7700 (ΧΕΙΡ)	1	3.492,00	3.492,00 €
27	Υπερηχοτομογράφος SIEMENS ACUSON Antares PREMIUM EDITION rev 5 (ΤΕΠ)	1	4.180,00	4.180,00 €
28	Υπερηχοτομογράφος GE Vivid-e (ΚΑΡΔ ΕΡΓ-ΥΠΕΡ)	1	2.800,00	2.800,00 €
29	Υπερηχοτομογράφος GE Vivid S5 (ΜΕΘ ΛΑΤΣΕΙΟ)	1	4.800,00	4.800,00 €
30	Μηχάνημα τεχνητού νεφρού Nikkiso DBB-05 (MTN)	3	2.880,00	8.640,00 €
31	Μηχάνημα τεχνητού νεφρού Nikkiso DBB-07 (MTN)	2	2.880,00	5.760,00 €
32	Κλίβανος αποστείρωσης πλάσματος J&J/ASP STERRAD 100S (ΑΠΟΣΤ)	1	5.000,00	5.000,00 €
33	Κλίνη ΜΕΘ Hill Rom (ΛΑΤΣΕΙΟ) 900 ACCELLA	1	650,00	650,00 €
34	Κλίνες ΜΕΘ Hill Rom (ΘΡΙΑΣΙΟ - ΛΑΤΣΕΙΟ)	13	1.268,46	16.490,00 €
35	Αναισθησιολογικά GE DATEX - OHMEDA Avance CS ² , (ΧΕΙΡ)	8	1.400,00	11.200,00 €
36	Ακτινοσκοπικό Ψηφιακό Συγκρότημα του οίκου GMM OPERA T90 SHARP (ΑΚΤ)	1	7.000,00	7.000,00 €
37	Ακτινολογικά φορητά SMAM Easymobile (ΑΚΤ)	5	2.800,00	14.000,00 €
38	Συσκευή Laser Holmium YAG SPHINX 30 (ΧΕΙΡ)	1	2.360,00	2.360,00 €
39	Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION CMS (8 τεμ) και Κεντρικός Σταθμός (ΜΕΘ ΛΑΤΣΕΙΟΥ)	9	777,78	7.000,00 €
40	Μόνιτορ EDAN ELITE V6 (10 τεμ) και Κεντρικός Σταθμός (ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ)	11	1.000,00 €	11.000,00 €
41	Μόνιτορ EDAN iM70 (10 τεμ)	10	175,00	1.750,00 €
42	Μόνιτορ DRAEGER (6 τεμ) και Κεντρικός Σταθμός (ΜΕΚ)	7	600,00	4.200,00 €
43	Μόνιτορ DRAEGER (5 τεμ) ΜΕΚ	5	600,00	3.000,00 €
44	Μόνιτορ DRAEGER (8 τεμ) και Κεντρικός Σταθμός (ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟ)	9	600,00	5.400,00 €
45	Γαστρεντερολογικό ενδοσκοπικό σύστημα του οίκου FUJIFILM (ΤΕΙ)	1	15.590,00	15.590,00 €
46	Πλυντήριο ενδοσκοπίων SOLUSCOPE SL-V3-PA (ΤΕΙ)	1	3.500,00	3.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				380.031,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				471.238,44 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ AGFA CR 85 (SN:4922)

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η συντήρηση των κατωτέρω αναφερομένων μηχανημάτων με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

1. Μηχανήματα σε σύμβαση

Τύπος Μηχανήματος	Ειδικός Αριθμός	Τεμ .	Ημερ. Εγκατ.	Προγραμ. Συντηρ.
CR 85-X DIGITIZER	4AD8177 S/N:4922	1	04/03/10	ΕΤΗΣΙΩΣ (3)
ID TABLET	4AD7797 S/N:15225	1	14/05/09	
BARCO MONITOR	4IM7905 S/N:188969672	1	13/07/09	
<u>NX9000 HP</u> <u>RP5810</u> <u>RAID 1PC</u>	4NX7837 S/N: CZC648B5HF	1	14/05/09	

*** Ο Σταθμός Εργασίας NX2008 HP RAID (s/n:CZC90163YP) έχει αντικατασταθεί από νέας γενιάς Σταθμό Εργασίας NX9000 HP RP5810 RAID 1PC (s/n:CZC648B5HF)

Η παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνει:

Περιγραφή εργασιών	Παροχές
Προγραμματισμένες συντηρήσεις	ΝΑΙ
Έκτακτες επισκευές Εργασία και μετάβαση τεχνικού	ΕΚΠΤΩΣΗ 100%

<u>Ανταλλακτικά επισκευής</u>	ΕΚΠΤΩΣΗ 100%
<u>Εγκατάσταση / Εφαρμογή MANDATORY SERVICE BULLETIN</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Προτεραιότητα ανταπόκρισης στις επισκευές</u>	ΝΑΙ
<u>Ιστορικό Αρχείου του Μηχανήματος</u>	ΝΑΙ
<u>Ενημέρωση λογισμικού (updates)</u>	ΝΑΙ
<u>Αναβαθμίσεις συστήματος (upgrades)</u>	ΕΚΠΤΩΣΗ 100%
<u>Αρχεία ασφάλειας λογισμικού λειτουργικού συστήματος</u>	ΝΑΙ* (όχι ανάκτηση αποθηκευμένων εξετάσεων)
<u>Χρόνος απόκρισης σε βλάβη (από την έγγραφη κλήση με e-mail)</u>	8 h (εργάσιμες ώρες)

Σημείωση 1: οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες φωσφόρου και κατ' επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών είναι αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσης οι οθόνες, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των Η.Υ.

2. Εργασίες Προγραμματισμένων Συντηρήσεων

Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς της συντηρήτριας και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον Οίκο του κάθε συστήματος σε συχνότητα τουλάχιστον ίση με αυτήν που προβλέπει ο κατασκευαστής ως ελάχιστη απαιτητή.

Ελάχιστη συχνότητα συντήρησης Ψηφιοποιητή τύπου CR 85-X DIGITIZER (βάσει του κατασκευαστή):

Μηχάνημα	Συχνότητα συντήρησης
-----------------	-----------------------------

3. Η Προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει:

- 3.1.1. Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του Digitizer
- 3.1.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών ασφαλείας
- 3.1.3. Έλεγχος κυλίνδρων μετακίνησης κασετών και αντικατάστασής των, αν απαιτηθεί
- 3.1.4. Αλλαγή ιμάντα κίνησης κασετών, αν απαιτηθεί (μια φορά τον χρόνο)
- 3.1.5. Καθαρισμός οπών, ανεμιστήρων εξαερισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και φίλτρων
- 3.1.6. Καθαρισμός κατόπτρου
- 3.1.7. Καθαρισμός επιφάνειας επαφής της μονάδας αναγνώρισης κασετών
- 3.1.8. Έλεγχος μεντεσέδων, ελατηρίων, πινακίδων αλουμινίου, και σωστής εφαρμογής όλων των κασετών
- 3.1.9. Έλεγχος ενισχυτικών πινακίδων
- 3.1.10. Γενικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας εικόνας
- 3.1.11. Ενημερώσεις (patches) λογισμικών εφαρμογών
- 3.1.12. Εγκατάσταση και διαχείριση ενημερώσεων και βελτιώσεων, όταν υπάρξουν.
- 3.1.13. Διασφάλιση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος για την άμεση επανεγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης (*χωρίς τη δυνατότητα επανάκτησης των αποθηκευμένων εξετάσεων).
- 3.1.14. Ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα της συντήρησης και για πιθανές απαιτούμενες επισκευές.
- 3.2.15. Εκτύπωση της εικόνας ελέγχου (test image) και σύγκρισή της με την αρχική
- 3.2.16. Επιβεβαίωση της συντήρησης στο service menu του εκτυπωτή
- 3.2.17. Ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα της συντήρησης

Γενικά περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ρυθμίσεις των μηχανημάτων ώστε να ευρίσκονται πάντα εντός των προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος.

4. Υποχρεώσεις συντηρήτριας

Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

:

4.1. Για τον καλύτερο και σωστό προγραμματισμό των εργασιών του τμήματος, θα αποσταλεί από την ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ένα πλήρες ετήσιο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των συντηρήσεων, το οποίο θα έχει την εκ των προτέρων αποδοχή .

4.2. Η προγραμματισμένη συντήρηση θα εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

4.3. Η προγραμματισμένη συντήρηση θα γίνεται εντός κανονικού ωραρίου της συντηρήτριας που είναι Δευτέρα- Παρασκευή από 8.00 έως 16.00 εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

4.4. Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την συντηρήτρια (εξαιρουμένων των αναλωσίμων).

4.5. Κάθε έκτακτη επίσκεψη για επίλυση βλαβών πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

4.6. Η συντηρήτρια διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις συμβατικές υποχρεώσεις για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της

4.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη εντός του κανονικού ωραρίου της Εταιρείας και επεκταθεί η εργασία επισκευής εκτός του κανονικού ωραρίου, τότε ο Πελάτης χρεώνεται υπερωριακά για τις επιπλέον αυτές ώρες βάσει του τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.

4.8. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) μηχανήματος, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από την αναγγελία τηλεφωνικά ή με (e-mail) της βλάβης, να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει αυτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.9. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

4.10. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις εργοστασιακές αλλαγές που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος και που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα σε εξελιγμένο τεχνικό επίπεδο.

4.11. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα

ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

4.12. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

5. Μη συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Εάν ο Πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, η προκύπτουσα δαπάνη θα χρεώνεται ιδιαίτερος, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της συντηρήτριας (**επισυνάπτεται τιμοκατάλογος ωροχρέωσης Τεχνικής Υπηρεσίας**).

5.1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους ή χρησιμοποίηση του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

5.2. Επεμβάσεις στο μηχάνημα από τους υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Εταιρία.

5.3. Εργασίες απεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

5.4. Περιπτώσεις ζημιάς ή καταστροφής του μηχανήματος, προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές η μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.).

5.5. Η τεχνική εργασία εκτελείται στο χώρο του Πελάτη. Εάν παραστεί ανάγκη, ο τεχνικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή του μηχανήματος στο εργαστήριο του Συντηρητή, εφόσον η επιτόπια επιδιόρθωση για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή. Η αποστολή και η επιστροφή του μηχανήματος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη. Η αποσύνδεση και επανασύνδεση του μηχανήματος θα γίνεται από τον τεχνικό της συντηρήτριας.

6. Υποχρεώσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις έναντι της συντηρήτριας:

6.1. Την πιστή τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος των συντηρήσεων. Για τον σωστό προγραμματισμό των συντηρήσεων θα πρέπει να μας ενημερώνετε εγκαίρως για τις ημερομηνίες των εφημεριών του Νοσοκομείου σας.

Στην περίπτωση που θα υπάρξει αίτημά του Νοσοκομείου για μετάθεση ημερομηνίας συντήρησης θα πρέπει να γνωστοποιείτε στον Συντηρητή τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη της αναβολής της συντήρησης θα είναι του Πελάτη.

6.2. Έλεγχος και καθαρισμός του μηχανήματος που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου προβλέπονται ότι γίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος.

6.3. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός αυτών από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

6.4. Να προφυλάσσει τα μηχανήματα από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου η σε κλιματολογικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).

6.5. Να γνωστοποιεί στην Ανάδοχο Εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη - παρέμβαση ή τροποποίηση στο μηχάνημα, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λ.π. παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με την Εταιρία.

6.6. Η τυχόν απασχόληση του τεχνικού πέραν του κανονικού ωραρίου μετά από αίτημα ή ευθύνη του Νοσοκομείου, που στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί υπερωριακή εργασία, θα χρεωθεί βάσει του συνημμένου τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.

6.7. Το Νοσοκομείο βαρύνει επίσης ο με αποκλειστική του υπαιτιότητα χρόνος άσκοπης αναμονής του τεχνικού της συντηρήτριας, κατά τις συμφωνηθείσες στο άρθρο 4.4.

6.8. Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του συγκροτήματος μόνο στον Συντηρητή, ρητά συμφωνημένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του συγκροτήματος, θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή του Συντηρητή από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης.

6.9. Το Νοσοκομείο και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή όσον αφορά τον καλό χειρισμό του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

6.10. Να προβαίνει στις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου, τις υποδείξεις των τεχνικών της συντηρήτριας και των τεχνικών εγχειριδίων του μηχανήματος.

6.11. Ο όροι και συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση αποτελούν το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Ουδεμία άλλη γραπτή ή προφορική ανάληψη υποχρεώσεων δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή.

6.12. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκ μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων παρέχει το δικαίωμα αμέσου εγγράφου καταγγελίας από το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος και ακύρωση της σύμβασης.

6.13. Το υπογραφόμενο Συμβόλαιο ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία σχετική με την τεχνική εξυπηρέτηση του προμηθευτού προς το Νοσοκομείο.

7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρησης κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

7.2 Να κατατεθεί πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης - Τεκμηρίωσης» το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών κλπ) όλες τις απαντήσεις (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ) με παραπομπή, για τεκμηρίωση, σε έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια χρήσης βεβαίωσης πιστοποιητικά κλπ. αναγράφοντας την σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής.

7.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

7.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ AGFA CR 85 (SN:2295), ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η συντήρηση των κατωτέρω αναφερομένων μηχανημάτων με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

1.1 Μηχανήματα σε σύμβαση

Τύπος Μηχανήματος	Ειδικός Αριθμός	Τεμ .	Ημερ. Εγκατ.	Προγραμ. Συντηρ.
CR 85-X DIGITIZER ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	4AD3746 S/N:2995	1	18/09/08	ΕΤΗΣΙΩΣ (3)
NX9000 HP RP5810 RAID 1PC ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	4NX5758 S/N: CZC80478WT	1	19/09/08	
NX9000 HP RP5810 RAID 1PC ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	4IM5756 S/N: CZC8127677	1	16/09/08	
CR HIGH QUALITY MONITOR ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	4AD7082 S/N:1889012645	1	19/04/06	
DRYSTAR 5500 ΑΞΟΝΙΚΟΣ	4DP2609 S/N:4021	1	08/06/06	

* Οι Σταθμοί Εργασίας NX2.0 DELL FOR GENRAD (s/n:12381) & NX2.0 DELL FOR MAMMO (s/n:12382) έχουν αντικατασταθεί με τους Σταθμούς Εργασίας NX9000 HP RP5810 RAID 1PC (s/n:CZC80478WT & s/n:CZC8127677).

Περιγραφή εργασιών	Παροχές
Προγραμματισμένες συντηρήσεις	ΝΑΙ
Έκτακτες επισκευές Εργασία και μετάβαση τεχνικού	ΕΚΠΤΩΣΗ 100%
Ανταλλακτικά επισκευής (εξαιρουμένων των αναλωσίμων)	ΕΚΠΤΩΣΗ 100%
Εγκατάσταση / Εφαρμογή MANDATORY SERVICE BULLETIN	ΝΑΙ
Προτεραιότητα ανταπόκρισης στις επισκευές	ΝΑΙ
Προσπάθεια επίλυσης βλαβών τηλεφωνικώς	ΝΑΙ
Ιστορικό Αρχείου του Μηχανήματος	ΝΑΙ
Ενημέρωση λογισμικού (updates)	ΝΑΙ
Αναβαθμίσεις συστήματος (upgrades)	ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Αρχεία ασφάλειας λογισμικού λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ*(όχι ανάκτηση αποθηκευμένων εξετάσεων)	1.2 Η παρούσα σύμβαση σύμφωνα με
Χρόνος απόκρισης σε βλάβη (από την έγγραφη κλήσας με FAX)	8 h εργάσιμες ώρες	

τον πίνακα που ακολουθεί θα περιλαμβάνει:

Σημείωση 1: οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες φωσφόρου και κατ' επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών είναι αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσης οι οθόνες, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των Η.Υ.

Σημείωση 2: Αναλώσιμα θεωρούνται οι θερμικές κεφαλές των DRYSTAR που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και για τις οποίες υπάρχει εγγύηση 35.000 εκτυπώσεων ή 2 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασής τους (ότι έρθει πρώτο).

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς της συντηρήτριας και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον Οίκο του κάθε συστήματος σε συχνότητα τουλάχιστον ίση με αυτήν που προβλέπει ο κατασκευαστής ως ελάχιστη απαιτητή.

3) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ CR 85-X DIGITIZER (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ):

Κάθε 6 μήνες ή 25.000 χρήσεις κασετών (ό,τι έρθει πρώτο)

3.1) Η προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει:

- 3.1.1. Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του Digitizer
- 3.1.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών ασφαλείας
- 3.1.3. Έλεγχος κυλίνδρων μετακίνησης κασετών και αντικατάστασής των, αν απαιτηθεί
- 3.1.4. Αλλαγή ιμάντα κίνησης κασετών, αν απαιτηθεί (μια φορά τον χρόνο)
- 3.1.5. Καθαρισμός οπών, ανεμιστήρων εξαερισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και φίλτρων
- 3.1.6. Καθαρισμός κατόπτρου
- 3.1.7. Καθαρισμός επιφάνειας επαφής της μονάδας αναγνώρισης κασετών

- 3.1.8. Έλεγχος μεντεσέδων, ελατηρίων, πινακίδων αλουμινίου, και σωστής εφαρμογής όλων των κασετών
- 3.1.9. Έλεγχος ενισχυτικών πινακίδων
- 3.1.10. Γενικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας εικόνας
- 3.1.11. Ενημερώσεις (patches) λογισμικών εφαρμογών
- 3.1.12. Εγκατάσταση και διαχείριση ενημερώσεων και βελτιώσεων, όταν υπάρξουν.
- 3.1.13. Διασφάλιση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος για την άμεση επανεγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης (*χωρίς τη δυνατότητα επανάκτησης των αποθηκευμένων εξετάσεων).
- 3.1.14. Ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα της συντήρησης και για πιθανές απαιτούμενες επισκευές.

3.2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ DRUSTAR 5500 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ):

Κάθε 12 μήνες ή κάθε 25.000 εκτυπώσεις (ό,τι έρθει πρώτο)

Η προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει:

- 3.2.1. Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του εκτυπωτή
- 3.2.2. Ανάλυση των infocounter
- 3.2.3. Εκτύπωση εικόνας ελέγχου και εκτίμηση της ποιότητάς της
- 3.2.4. Εκτεταμένος ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος
- 3.2.5. Επιθεώρηση καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύματος
- 3.2.6. Καθαρισμός των κυλίνδρων μεταφοράς του φιλμ.
- 3.2.7. Έλεγχος των ιμάντων και γραναζιών του εκτυπωτή
- 3.2.8. Καθαρισμός της ηλεκτρονικής μονάδας (Electronick Rack)
- 3.2.9. Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας (Power Supply)
- 3.2.10. Καθαρισμός και έλεγχος των ελαστικών του τύμπανου εκτύπωσης
- 3.2.11. Έλεγχος και καθαρισμός της θερμικής κεφαλής εκτύπωσης
- 3.2.12. Ρύθμιση της θέσης του φιλμ και στις δύο πλευρές του συρταριού εισόδου
- 3.2.13. Ρύθμιση του περιγράμματος της κεφαλής εκτύπωσης
- 3.2.14. Εκτύπωση της εικόνας ελέγχου (test image) και σύγκρισή της με την αρχική
- 3.2.15. Επιβεβαίωση της συντήρησης στο service menu του εκτυπωτή
- 3.2.16. Ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα της συντήρησης

Γενικά περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ρυθμίσεις των μηχανημάτων ώστε να ευρίσκονται πάντα εντός των προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

4.1. Η συντηρήτρια στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της θα σας παρέχει επιπλέον υπηρεσίες:

4.1.1. Για τον καλύτερο και σωστό προγραμματισμό των εργασιών του τμήματος σας, θα σας αποσταλεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ένα πλήρες ετήσιο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των συντηρήσεων, το οποίο θα έχει την εκ των προτέρων αποδοχή σας.

4.2. Η προγραμματισμένη συντήρηση εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

4.3. Η προγραμματισμένη συντήρηση θα γίνεται εντός κανονικού ωραρίου της συντηρήτριας που είναι Δευτέρα- Παρασκευή από 8.00 έως 16.00 εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

4.4. Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την συντηρήτρια (εξαιρουμένων των αναλωσίμων).

4.5. Κάθε έκτακτη επίσκεψη για επίλυση βλαβών πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου σας.

4.6. Η συντηρήτρια διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις συμβατικές υποχρεώσεις για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της

4.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη εντός του κανονικού ωραρίου της Εταιρείας και επεκταθεί η εργασία επισκευής εκτός του κανονικού ωραρίου, τότε ο Πελάτης χρεώνεται υπερωριακά για τις επιπλέον αυτές ώρες βάσει του τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.

4.8. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) μηχανήματος, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από την έγγραφη αναγγελία (FAX) της βλάβης, να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει αυτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.9. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

4.10. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις εργοστασιακές αλλαγές που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος και που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα σε εξελιγμένο τεχνικό επίπεδο.

4.11. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

4.12. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Εάν ο Πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, η προκύπτουσα δαπάνη θα χρεώνεται ιδιαίτερως, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της συντηρήτριας (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος ωροχρέωσης Τεχνικής Υπηρεσίας).

5.1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους ή χρησιμοποίηση του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

5.2. Επεμβάσεις στο μηχάνημα από τους υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Εταιρία.

5.3. Εργασίες απεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

5.4. Περιπτώσεις ζημιάς ή καταστροφής του μηχανήματος, προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.).

5.5. Η τεχνική εργασία εκτελείται στο χώρο του Πελάτη. Εάν παραστεί ανάγκη, ο τεχνικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή του μηχανήματος στο εργαστήριο του Συντηρητή, εφόσον η επιτόπια επιδιόρθωση για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή. Η αποστολή και η επιστροφή του μηχανήματος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη. Η αποσύνδεση και επανασύνδεση του μηχανήματος θα γίνεται από τον τεχνικό της συντηρήτριας.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις έναντι της συντηρήτριας:

6.1. Την πιστή τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος των συντηρήσεων. Για τον σωστό προγραμματισμό των συντηρήσεων θα πρέπει να μας ενημερώνετε εγκαίρως για τις ημερομηνίες των εφημεριών του Νοσοκομείου σας.

Στην περίπτωση που θα υπάρξει αίτημά σας για μετάθεση ημερομηνίας συντήρησης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» εγγράφως (EMAIL) τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη της αναβολής της συντήρησης θα είναι του Πελάτη.

6.2. Έλεγχος και καθαρισμός του μηχανήματος που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου προβλέπονται ότι γίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος.

- 6.3. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός αυτών από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
- 6.4. Να προφυλάσσει τα μηχανήματα από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή σε κλιματολογικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέση κ.λ.π.).
- 6.5. Να γνωστοποιεί στην «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη - παρέμβαση ή τροποποίηση στο μηχάνημα, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λ.π. παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με την Εταιρία.
- 6.6. Η τυχόν απασχόληση του τεχνικού πέραν του κανονικού ωραρίου μετά από αίτημα ή ευθύνη του Νοσοκομείου, που στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί υπερωριακή εργασία, θα χρεωθεί βάσει του συνημμένου τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.
- 6.7. Το Νοσοκομείο βαρύνει επίσης ο με αποκλειστική του υπαιτιότητα χρόνος άσκοπης αναμονής του τεχνικού της συντηρήτριας, κατά τις συμφωνηθείσες στο άρθρο 4.3.
- 6.8. Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του συγκροτήματος μόνο στον Συντηρητή, ρητά συμφωνημένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του συγκροτήματος, θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή του Συντηρητή από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης.
- 6.9. Το Νοσοκομείο και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή όσον αφορά τον καλό χειρισμό του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
- 6.10. Να προβαίνει στις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου, τις υποδείξεις των τεχνικών της συντηρήτριας και των τεχνικών εγχειριδίων του μηχανήματος.
- 6.11. Ο όροι και συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση αποτελούν το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Ουδμία άλλη γραπτή ή προφορική ανάληψη υποχρεώσεων δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή.
- 6.12. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκ μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων παρέχει το δικαίωμα αμέσου εγγράφου καταγγελίας από το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος και ακύρωση της σύμβασης.
- 6.13. Το υπογραφόμενο Συμβόλαιο ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία σχετική με την τεχνική εξυπηρέτηση του προμηθευτού προς το Νοσοκομείο.

7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

7.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

7.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO, EN ISO 9001ή EN ISO 13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

7.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ AGFA DR 600 (SN:2295) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DELL LATITUDE CONVERTIBLE7285

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η συντήρηση των κατωτέρω αναφερομένων μηχανημάτων με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού.

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τύπος Μηχανήματος	Αριθμός Σειράς	Τεμ.	Προγραμματισμένες Συντηρήσεις
DR600	1249	1	ΕΤΗΣΙΩΣ (1)
HP ENGAGE FLEX PRO		1	
PLANAR PXL2230MW		1	

DELL LATITUDE CONVERTIBLE 7285 2-in-1 laptop		1	
UPS EATON 5E 650VA/360W		1	

1.2 Η παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνει:

Περιγραφή Εργασιών	Παροχές
Προγραμματισμένες συντηρήσεις	ΝΑΙ
Έκτακτες επισκευές Εργασία και μετάβαση τεχνικού	100%
Τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών, εξαιρουμένων των ανιχνευτών flat panels), περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά	100%
Εγκατάσταση/Εφαρμογή MANDATORY SERVICE BULLETIN	ΝΑΙ
Προτεραιότητα ανταπόκρισης στις επισκευές	ΝΑΙ
Προσπάθεια επίλυσης βλαβών τηλεφωνικώς	ΝΑΙ
Ιστορικό Αρχείου του Μηχανήματος	ΝΑΙ
Ενημέρωση λογισμικού (updates)	ΝΑΙ
Αρχεία ασφάλειας λογισμικού λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ *(όχι ανάκτηση αποθηκευμένων εξετάσεων)
Χρόνος απόκρισης σε βλάβη (από την αναγγελία της βλάβης μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς)	Μέσα σε 8 h εργάσιμες ώρες

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ'ΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΑΣ» εκπαιδευμένους στα εργοστάσια παραγωγής των μηχανημάτων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστικό Οίκο του κάθε συστήματος.

2.1 Ελάχιστη συχνότητα συντήρησης Ακτινοσκοπικού Ακτινολογικού Μηχανήματος DR600 (σύμφωνα με τον κατασκευαστή):

Μηχάνημα	Συχνότητα συντήρησης
ΨΗΞΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ AGFA DR600	Κάθε 12 μήνες

2.2 Μηχανικοί Έλεγχοι Εγκατάστασης

- Καθαρισμός μηχανικών μερών
- Φρένα, κινήσεις, ρουλεμάν, αντίβαρα, λίπανση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των επιμέρους τμημάτων του συστήματος
- Έλεγχος κινήσεων
- Λίπανση μηχανικών μερών, έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων και φωτεινού πεδίου επικεντρωτήρα, έλεγχος κινήσεων

2.3 Ακρίβεια Στοιχείων Ακτινολογικής Λειτουργίας - Ρύθμιση Γεννήτριας

- Τάση KV
- Ρεύμα mA
- Χρόνος ms
- Καθαρισμός και έλεγχος τροφοδοσίας γεννήτριας
- Διακρίβωση-Βαθμονόμηση γεννήτριας (Digital mA Loop Open&X-Ray Tube Calibration)

2.4 Ακρίβεια Στοιχείων Ακτινολογικής Λειτουργίας - Ποιοτικός έλεγχος στοιχείων εξέτασης

- Σάρωση σε ομοίωμα phantom και έλεγχος αποτελεσμάτων
- Έλεγχος και ρύθμιση banding-clipping level
- Διακρίβωση-Βαθμονόμηση ανιχνευτή (Detector Calibration)

2.5 Έλεγχος σταθμού εργασίας και Η/Υ

- Έλεγχος καλής λειτουργίας λογισμικού και τμημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (κεντρική μονάδα, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο)
- Update λογισμικού σε περίπτωση ύπαρξης νέας αναβάθμισης

Γενικά περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ρυθμίσεις των μηχανημάτων ώστε να ευρίσκονται πάντα εντός των προδιαγραφών όπως ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος.

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

3.1 Η προγραμματισμένη συντήρηση εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

3.2 Η προγραμματισμένη συντήρηση θα γίνεται εντός κανονικού ωραρίου της εταιρείας «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» που είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 έως 16.00 εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

3.3 Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» (εξαιρουμένων των αναλωσίμων και των ψηφιακών ανιχνευτών).

3.4 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα της συμβατικές της υποχρεώσεις.

3.5 Κάθε έκτακτη επίσκεψη για επίλυση βλαβών πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων η χρέωση θα γίνεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.

3.6 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη εντός του κανονικού ωραρίου της Εταιρείας και επεκταθεί η εργασία επισκευής εκτός του κανονικού ωραρίου, τότε ο Πελάτης χρεώνεται υπερωριακά για τις επιπλέον αυτές ώρες βάσει του τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.

3.7 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) μηχανήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται εντός έξη (6) εργάσιμων ωρών από την έγγραφη (e-mail) ή τηλεφωνική αναγγελία της βλάβης, να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει αυτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.8 Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις εργοστασιακές αλλαγές που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος και που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα σε εξελιγμένο τεχνικό επίπεδο.

3.9 Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

3.10 Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

4. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Εάν ο Πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, η προκύπτουσα δαπάνη θα χρεώνεται ιδιαιτέρως, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

- 4.1 Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους ή χρησιμοποίηση του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
- 4.2 Επεμβάσεις στο μηχάνημα από τους υπαλλήλους του Πελάτη ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Εταιρία.
- 4.3 Εργασίες απενκατάστασης και μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.
- 4.4 Περιπτώσεις ζημιάς ή καταστροφής του μηχανήματος, προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.).
- 4.5 Η τεχνική εργασία εκτελείται στο χώρο του Πελάτη. Εάν παραστεί ανάγκη, ο τεχνικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή του μηχανήματος στο εργαστήριο του Συντηρητή, εφόσον η επιτόπια επιδιόρθωση για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή. Η αποστολή και η επιστροφή του μηχανήματος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη. Η αποσύνδεση και επανασύνδεση του μηχανήματος θα γίνεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις έναντι της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ»:

- 5.1 Έλεγχος και καθαρισμός του μηχανήματος που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου προβλέπονται ότι γίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος.
- 5.2 Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός αυτών από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
- 5.3 Να προφυλάσσει τα μηχανήματα από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή σε κλιματολογικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).
- 5.4 Να γνωστοποιεί στην «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη - παρέμβαση ή τροποποίηση στο μηχάνημα, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λ.π. παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».
- 5.5 Η τυχόν απασχόληση του τεχνικού πέραν του κανονικού ωραρίου μετά από αίτημα ή ευθύνη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, που στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί υπερωριακή εργασία, θα χρεωθεί βάσει του τιμοκαταλόγου υπερωριακής εργασίας.
- 5.6 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του συγκροτήματος μόνο στην «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ρητά συμφωνημένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του

συγκροτήματος, θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης.

- 5.7** Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» όσον αφορά τον καλό χειρισμό του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
- 5.8** Να προβαίνει στις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου, τις υποδείξεις των τεχνικών της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» και των τεχνικών εγχειριδίων του μηχανήματος.
- 5.9** Ο όροι και συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση αποτελούν το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Ουδεμία άλλη γραπτή ή προφορική ανάληψη υποχρεώσεων δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή
- 5.10** Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκ μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων παρέχει το δικαίωμα άμεσου εγγράφου καταγγελίας από το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος και ακύρωση της σύμβασης.
- 5.11** Το υπογραφόμενο Συμβόλαιο ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία σχετική με την τεχνική εξυπηρέτηση του προμηθευτού προς τον Πελάτη

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρησης κλπ. θα χαρακτηρίζονται, अपαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Κλιβάνου Αποστείρωσης Πλάσματος

κατασκευαστικού οίκου "ASP J&J" μοντέλο STERAD 100S

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση του κλιβάνου αποστείρωσης με πλάσμα του κατασκευαστικού οίκου "ASP JOHNSON & JOHNSON", μοντέλο STERAD 100S.

ΑΡΘΡΟ 2: Το πρόγραμμα της ετήσιας προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει:

1. E1 - προληπτική συντήρηση επιπέδου 1

Εκτελείται με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση Επιπέδου 2 και περιλαμβάνει:

1.1. Ανταλλακτικό PM 1 kit

1.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και περιλαμβάνουν:

1.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης

1.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού

1.2.3. Καθαρισμό του ναρογίzer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H₂O₂ στο θάλαμο του κλιβάνου)

1.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα

1.2.5. Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

1.2.6. Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού

1.2.7. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

2. E2 - προληπτική συντήρηση επιπέδου 2

Εκτελείται με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 και περιλαμβάνει:

2.1 Ανταλλακτικά PM1 kit και PM2 kit

2.2.Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και περιλαμβάνουν:

2.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης

- 2.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού
- 2.2.3. Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H₂O₂ στο θάλαμο του κλιβάνου)
- 2.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα
- 2.2.5. Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης
- 2.2.6. Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού
- 2.2.7. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος
- 2.2.8. Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Baratron Zero Shift Test)
- 2.2.9. Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού
- 2.2.10. Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού
- 2.2.11. Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter)
- 2.2.12. Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου
- 2.2.13. Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου
- 2.2.14. Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου
- 2.2.15. Αντικατάσταση των μονωτικών - αποστατών του ηλεκτροδίου
- 2.2.16. Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP)

ΑΡΘΡΟ 3: Το πρόγραμμα της αποκατάστασης βλαβών περιλαμβάνει:

- Εργασίες διάγνωσης και επισκευής βλαβών καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά (εκτός των ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο και τα οποία θα χρεώνονται σύμφωνα με τον αναλυτικό τιμοκατάλογο). Δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας, άλλες από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίησης μη γνήσιων - ξένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων μετά από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα.
- Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από την εταιρεία και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά.
- Καταγραφή, μετά από κάθε επίσκεψη, σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟΝ 4: Λοιποί όροι

- Ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι μέσα σε 4 ώρες από την ειδοποίηση (τηλεφωνική ή έγγραφη) και η επισκευή του κλιβάνου θα γίνεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από τη διάγνωση της βλάβης.
- Τηλεφωνική υποστήριξη 24ώρες το 24ωρο.
- Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00
- Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) ημερών, εργάσιμων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 7 (επτά) εργάσιμες ή μη ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης και επταήμερη παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.
- **Μη συμπεριληφθείσες υπηρεσίες στη παρούσα σύμβαση:**
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.

Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERAD 100S

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	02-02918-2-901	INJECTOR PUMP ASSY	2.880 €	€
2	03-02262-1-001	VALVE ASSY INJECTOR	1.480 €	€
3	04-02143-1-001	SOLID STATE RELAY	513 €	€
4	04-02246-0-	VALVE ASSY SOLENOID	498 €	€

	001	VACUUM		
5	04-05524-4-909	PWA MICROPROCESSOR 100S	1.490 €	€
6	04-08458-0-001	SWITCH PRESSURE 10050 IRN 6,71	440 €	€
7	04-02263-0-001	DOOR CASSETE ASSY	180 €	€
8	05-50389-0-001	KIT RETROFIT VACUUM CONTROL	2.580 €	€
9	21-00477-040	KIT AIR COMP IV 100S	830 €	€
10	05-54748-0-801	O'RING CENTERING ISO- KF-40 ALU	40 €	€
11	25-04373-001	MOISTURE TRAP BOWL	54 €	€
12	28-51392-001	SOLENOID VALVE	141 €	€
13	28-51919-001	AIR RESERVOIR DRAIN VALVE	113 €	€
14	31-01244-0-001	ELECTRODE ASSEMBLY	502 €	€
15	40-01796-0-004	FILTER EMI W/EA RTH LINE CHOKE	129 €	€
16	40-03173-001	PRINTER ASSY	587 €	€
17	57-02673-001	SWITCJ MICRO	13 €	€
18	90-03684-0-001	KIT DRAIN VALVE	114 €	€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΚΤΩ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
GE HEALTHCARE μοντέλο AVANCE CS2 με Μόνιτορ B650

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός είναι (8) Αναισθησιολογικά συγκροτήματα του οίκου **GE HEALTHCARE** μοντέλο **AVANCE CS2** με **Μόνιτορ B650**, που βρίσκονται εγκατεστημένα στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά :

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
AVANCE CS2 + B650	APKY01162, SQC19230181HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01165, SQC19230182HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01173, SQC19230166HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01174, SQC19230171HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01176, SQC19230172HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01178, SQC19230174HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01179, SQC19230175HA
AVANCE CS2 + B650	APKY01181, SQC19230180HA

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση των ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Την παροχή υλικών {λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού , ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Τα εξής αναλώσιμα υλικά :ηλεκτροσυσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας , φυσούνα αναπνευστήρα ελαστομερή κλειστού κυκλώματος ,Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται χρήζει περιοδικής αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει :

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες θερμοκρασίας ηλεκτρόδια ασθενούς, καλώδια ECG, πίεσης, SPO2, ε) αισθητήρες ροής, γαλβανικούς αισθητήρες O2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού, (σπασίματα, χημική διάβρωση)

2. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.

3. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), τη χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων ή εγκεκριμένων από τη GE HEALTHCARE ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση ηλεκτρόδια και καλώδια ασθενούς θα πρέπει να είναι τα γνήσια του η εγκεκριμένα από την GE HEALTHCARE. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού. (Συνημμένα καταθέτουμε εξουσιοδότηση του οίκου GE HEALTHCARE προς απόδειξη των ανωτέρω).
6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 11:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
10. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).

11. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

1. **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**
2. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
3. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ανά

συσκευή, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης για το σύνολο του καλυπτόμενου από τη σύμβαση εξοπλισμού με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η

σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ DRAEGER

OXYLOG 2000 PLUS ΚΑΙ OXYLOG 3000 και OXYLOG 3000 PLUS

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός περιγράφονται παρακάτω:

A) Ένας (1) φορητός αναπνευστήρας του οίκου **DRAEGER** μοντέλο **OXYLOG 2000 PLUS** με S/N: **ASJM-0001**, που είναι εγκατεστημένος στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου.

B) Τέσσερις φορητοί αναπνευστήρες **DRAEGER OXYLOG 3000** με S/N: **SSBD-0030**, **SSBD-0031**, **SSBD-0032**, **SSBD-0033** που είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Εντατικής του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, στην Νευροχειρουργική Κλινική, στην Μονάδα Εμφραγμάτων και στην Πνευμονολογική Κλινική αντίστοιχα).

Γ) Ένας (1) φορητός αναπνευστήρας του οίκου **DRAEGER** μοντέλο **OXYLOG 3000 PLUS** με S/N: **ASNf-0194** που είναι εγκατεστημένος στη Πνευμονολογική Κλινική.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

- Την πραγματοποίηση του ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
- Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
- Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Τους πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.
- Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

- Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) βαλβίδες εκπνοής/εισπνοής, τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) αντιμικροβιακά φίλτρα, δ) σωλήνες μέτρησης πίεσης και ε) καλώδια συνδέσεως, βύσματα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
- Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
- Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
- Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.
- Σε περίπτωση βλάβης του αναπνευστήρα μεταφοράς **Oxylog 3000**, για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο δε διατίθεται πλέον από το εργοστάσιο του κατασκευαστικού οίκου, λόγω παλαιότητας και εξ' αυτού του λόγου δεν θα υπάρχει δυνατότητα επισκευής του, τότε το μηχάνημα θα εξαιρεθεί από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχος θα ενημερώσει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή, αλλά δεν θα έχει ουδεμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής ή τρίτων και ιδίως δεν θα ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.

2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 12:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον

Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».

9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
10. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του εξοπλισμού για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις επτά (5) εργάσιμες ή μη ημέρες τον χρόνο, εφόσον δεν δοθεί μηχανήμα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ». Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

1. **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**
2. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
3. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας της συσκευής υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο των δέκα (5) εργάσιμων ή μη ημερών τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά

επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης, με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος. Στο σύνολο των ημερών δεν προσμετρούνται οι μη λειτουργίας της συσκευής, εφόσον έχει δοθεί από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» μηχανήμα αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο και όχι από τρίτους φορείς, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ DRAEGER SAVINA 300

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι τρεις (3) αναπνευστήρες μονάδας εντατικής Θεραπείας του οίκου **DRAEGER** μοντέλο **SAVINA 300** με S/N α) **ASJM-0058**, β) **ASJM-0059** και γ) **ASJM-0060**, που είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου.

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Ένα (1) σετ 5 αισθητήρων ροής ανά έτος και τους πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.
5. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες θερμοκρασίας, κεφαλές νεφελοποίησης, καλώδια συνδέσεως, βύσματα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
3. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
4. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

4. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
5. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
6. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
7. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
8. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
9. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 12:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
10. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η

καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.

11. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
12. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
13. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης
14. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των οκτώ (8) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
15. Ο Ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (8) οκτώ εργάσιμων ή μη ημερών ανά περίπτωση, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχανήμα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

16. **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**

17. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.

18. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. οκτώ (8) εργάσιμες ή μη ημέρες, ανά συσκευή), το Νοσοκομείο δικαιούται να επιβάλλει ως ποινική ρήτρα την χωρίς χρέωση παράταση της σύμβασης κατά (5) πέντε ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβασης του ορίου. Στο σύνολο των ημερών δεν προσμετρώνται οι μη λειτουργίας των συσκευών, εφόσον έχει δοθεί από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» μηχανήμα αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ DRAEGER EVITA V600

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το υπό συντήρηση μηχανήμα είναι ένας (1) αναπνευστήρας μονάδας εντατικής Θεραπείας του οίκου **DRAEGER** μοντέλο **V600** με S/N: **ASNK-0103** , που είναι εγκατεστημένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου (**ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ**).

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

- Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
- Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
- Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Τους πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.
- Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

- Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες θερμοκρασίας, κεφαλές νεφελοποίησης, καλώδια συνδέσεως, βύσματα. **Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο.** Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
- Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
- Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
- Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

19. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
20. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
21. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο,

πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

22. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
23. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
24. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης **τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας** και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 12:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
25. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
26. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
27. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
28. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης

29. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των οκτώ (8) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
30. Ο Ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση **EN ISO 9001, EN ISO 13485** και συμφωνία με την **ΥΑ 1348**.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (8) οκτώ εργάσιμων ή μη ημερών, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

31. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
32. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
33. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. οκτώ (8) εργάσιμες ή μη ημέρες ανά συσκευή), το Νοσοκομείο δικαιούται να επιβάλλει ως ποινική ρήτρα την χωρίς χρέωση παράταση της σύμβασης κατά (5) πέντε ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβασης του ορίου. Στο σύνολο των ημερών δεν προσμετρούνται οι μη λειτουργία των συσκευών, εφόσον έχει δοθεί από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» μηχάνημα αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ FUJIFILM

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και βρίσκεται σε λειτουργία στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Περιγραφή Εξοπλισμού	Μοντέλο	Αριθμός Σειράς
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ HIGH DEFINITION	VP-3500HD	2V609K293
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	XL-4450	3S094K639
ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ	EIP-2	11457847
ΜΟΝΙΤΟΡ	70100133065 27" RADIANCE	18-288338
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ	EG-600WR	3G391K084
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ	EC-600WL	3C688K120

Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει:

Την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση την παροχή εργασίας και ανταλλακτικών, για τον παραπάνω ενδοσκοπικό εξοπλισμό, όπως αυτός αναλυτικώς περιγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**.

Η σύμβαση θα παρέχει τις παρακάτω τεχνικές υπηρεσίες:

- Τέσσερις επισκέψεις προληπτικού ελέγχου ανά έτος, μία ανά τρίμηνο.
- Όλες τις λειτουργικές αναβαθμίσεις (firmware & software).
- Εργασία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.
- Τα ανταλλακτικά επισκευών και προληπτικής συντήρησης, όπως αυτά περιγράφονται το άρθρο 1.
- Έναν ετήσιο έλεγχο ασφαλείας, έλεγχο διαρροών ρεύματος του προσφερόμενου ενδοσκοπικού εξοπλισμού και προληπτική συντήρηση. Αν απαιτούνται αντικαθίστανται οι φλάντζες στεγανοποίησης, λιπαντικό του συστήματος γωνιώσεων κ.λ.π.

. Οι παρεχόμενες εργασίες κατά το ανωτέρω έλεγχο είναι οι εξής:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

- ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
- ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB CARD READER
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
- ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΧΕΝΟΝ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ HALOGEN
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΙΤΟΡ

- ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
- ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DISPLAY
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
- ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ Η ΟΝ SCREEN DISPLAY
- ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ-CONTRAST)
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ - ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ)

Α. ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

- Εξωτερικό Τμήμα

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ/ΚΑΛΥΜΜΑ
- ΚΑΛΥΠΤΡΊΔ. ΦΩΤΙΣΤ-ΟΠΤΙΚΉΣ ΔΈΣΜΗΣ
- ΦΑΚΟΣ ΟΠΤΙΚΉΣ ΔΈΣΜΗΣ/ΚΑΜΕΡΑΣ
- ΡΎΓΧΟΣ ΝΕΡΌΥ-ΑΈΡΑ
- ΟΝΥΧΑΣ
- ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΚΑΛΥΜΜΑ

- Εσωτερικό Τμήμα

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΈΣ ΔΈΣΜΕΣ
- ΟΠΤΙΚΉ ΔΈΣΜΗ-ΚΑΜΕΡΑ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΤΜΉΜΑ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ
- ΓΩΝΙΩΣΕΙΣ (ΟΡΙΑ)U-D, L-R
- ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΕΡΌΥ - ΑΈΡΑ
- ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΙΟΨΊΑΣ
- ΝΤΊΖΑ ΌΝΥΧΑ

Β. ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- ΣΩΛΉΝΑΣ
- ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΣΎΝΔΕΣΗΣ

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

- Εξωτερικό Τμήμα

- ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ/ΦΡΈΝΑ
- ΒΑΛΒΊΔΕΣ ΝΕΡΌΥ - ΑΈΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦ.
- ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΝΑΛΙΌΥ ΒΙΟΨΊΑΣ
- ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ CASING ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΊΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ CASING
- ΦΛΆΝΤΖΕΣ
- ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΌΝΥΧΑ

- Εσωτερικό Τμήμα

- ΣΎΡΜΑΤΑ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ (DRUM)
- ΑΞΟΝΑΣ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ
- ΓΛΊΣΤΡΕΣ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ
- ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΌΥ ΒΙΟΨΊΑΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΒΑΛΒΊΔΕΣ ΑΈΡΑ/JET
- ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝ. ΝΕΡΌΥ-ΑΈΡΑ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΌΝΥΧΑ

Δ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΗΓΗ

- Κυρίως σωλήνας

- ΑΚΡΟ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
- ΚΥΡΊΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΣΩΛΉΝΑΣ
- ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥΣ ΣΩΛ.

- Οπίσθιο τμήμα

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- ΚΑΣΑ ΚΟΝΝΕΚΤΟΡΑ
- ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΒΙΔΕΟ
- Σ'ΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟ'Υ
- ΕΠΑΦ'ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
- Σ'ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΪΑΛΗ ΝΕΡΟ'Υ
- ΣΩΛ'ΗΝΑΣ Σ'ΥΝΔ.ΜΕ Α'ΕΡΑ ΠΗΓ'ΗΣ
- ΣΩΛ'ΗΝΑΣ Σ'ΥΝΔ.ΜΕ ΦΩΤ.ΠΗΓ'ΗΣ
- ΣΩΛ'ΗΝΑΣ ΝΕΡΟ'Υ - Α'ΕΡΑ
- ΣΩΛ'ΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡ'ΟΦΗΣΗΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΔ'ΕΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟ'Υ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

- ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
 - ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DISPLAY
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
 - ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
 - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
 - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΪΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ALARM ΔΟΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
- Η σύμβαση θα καλύπτει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των εμφανιζόμενων βλαβών και της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Στα ανταλλακτικά περιλαμβάνονται πάσης φύσεως λυχνίες καθώς και ηλεκτροσυσσωρευτές. Ειδικά για τις λυχνίες της πηγής φωτισμού μέσω της σύμβασης δεν θα καλύπτονται παραπάνω από δύο (2) ανά έτος. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
 - Η σύμβαση θα καλύπτει όλες τις βλάβες, χωρίς να εξετάζεται η αιτία που προήλθαν και χωρίς καμιά εξαίρεση συμπεριλαμβανομένων της αστοχίας χρήσης, αστοχίας καθαρισμού, κακής χρήσης, μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή κατά την διάρκεια της χρήσης, βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ο ασθενής στον εξοπλισμό όπως δαγκώματα, του καθαρισμού και της φύλαξης.
 - Για τον ορθολογικότερο έλεγχο της αντικατάστασης των ανταλλακτικών και συγκράτησης του κόστους συντήρησης θα υπάρξει ανά έτος περιορισμός στον αριθμό

ορισμένων ειδικών ανταλλακτικών των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, που θα καλύπτονται μέσω της σύμβασης. Όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά, που δεν χαρακτηρίζονται ως ειδικά, θεωρούνται ως συνήθη ανταλλακτικά και παρέχονται δωρεάν μέσω της σύμβασης. Τα ειδικά αυτά ανταλλακτικά αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια (περιγραφή, κωδικός και κόστος) στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'** που επισυνάπτεται παρακάτω. Εάν αυτά δεν τοποθετηθούν εντός της προβλεπόμενης περιόδου αντικατάστασης, τότε το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από την επόμενη σύμβαση.

- Η συχνότητα αντικατάστασης των συνήθων ανταλλακτικών δεν θα είναι μικρότερη από 2 μήνες για τον ίδιο κωδικό ανταλλακτικών, εκτός αν η αντικατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη λόγω κατασκευαστικής αστοχίας ή ελλιπούς εργασίας.

Το συμβόλαιο συντήρησης δεν θα περιλαμβάνει:

- Τα αναλώσιμα-ημιαναλώσιμα και παρελκόμενα εξαρτήματα όπως τάπες καναλιών, συνδετικοί σωλήνες εξωτερικοί κλπ που μπορεί να απαιτηθούν, τα οποία το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο του εξοπλισμού.
- Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

34. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
35. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου εξοπλισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
36. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον (6) μηνών.
37. Η γενική συντήρηση του εξοπλισμού να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού ρυθμίσεων και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση του εξοπλισμού σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο

κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

38. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.

39. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 11:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.

40. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.

41. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».

42. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.

43. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του εξοπλισμού για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

44. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
45. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τον προς συντήρηση εξοπλισμό τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
46. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενο εξοπλισμό από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών, του συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στη σύμβαση, δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις (15) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερομένου συνολικού χρόνου των δέκαπέντε ημερών και αυτό χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε επιπλέον ανταλλάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ EG-600WR ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	ΤΕΜ.	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. (σε ΕΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Σωλήνας εισαγωγής ασθενούς (εξωτερικός σωλήνας)	1	1	68A12961020
Πλήρες Σύστημα γωνιώσεων ενδοσκοπίου	1	1	342A1295820A
Κάμερα πλήρης με συστοιχία φακών	1	3	10A13045700

Οπίσθιος σωλήνας σύνδεσης οργάνου με επεξεργαστή	1	2	343A1295408G
Κοννέκτορας σύνδεσης πλήρης για μεταφορά εικόνας	1	2	343A13317750

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ EC-600WL ΚΑΛΥΠΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	ΤΕΜ.	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. (σε ΕΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Σωλήνας εισαγωγής ασθενούς (εξωτερικός σωλήνας)	1	1	68A1295934A
Πλήρες Σύστημα γωνιώσεων ενδοσκοπίου	1	1	342A1295743C
Κάμερα πλήρης με συστοιχία φακών	1	3	10A1304581D
Οπίσθιος σωλήνας σύνδεσης οργάνου με επεξεργαστή	1	2	343A1295408G
Κοννέκτορας σύνδεσης πλήρης για μεταφορά εικόνας	1	2	343A13317750

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ GE DATEX R860

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι έξι (6) Αναπνευστήρες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του οίκου **GE DATEX OHMEDA** μοντέλο **R860** με αριθμούς σειράς α) **CBRVO1965**, β) **CBRVO1983**, γ) **CBRVO1992** και δ) **CBRVO2023**, ε) **WBRZ01747** ζ) **WBRZ01746** που είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων» του Νοσοκομείου.

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Τους αισθητήρες οξυγόνου και τους ηλεκτροσυσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας.
5. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες θερμοκρασίας, θερμαντικά καλώδια, κεφαλές νεφελοποίησης, κεφαλές υγραντήρα, καλώδια συνδέσεως, βύσματα και ζ) κλιβανιζόμενη βαλβίδα εκπνοής με τον αισθητήρα ροής και το θερμαντικό σώμα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
3. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
4. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 13:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η

καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.

8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
10. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).
11. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

1. **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**
2. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.

3. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο [δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ανά συσκευή, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης για το σύνολο του καλυπτόμενου από τη σύμβαση εξοπλισμού με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Διαθέτουμε την νόμιμη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου για να παρέχει υπηρεσίες και ανταλλακτικά και γενικά να υποστηρίζει τεχνικά τον εν λόγω εξοπλισμό για την Ελλάδα.

6.3 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π.

6.4 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.5 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΕSPIRE 7100 ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ Β650
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι Ένα (1) Αναισθησιολογικό **AESPIRE 7100** με S/N: AMXG00695 συμπεριλαμβανόμενων των εξαρωτών **TEC7** και ενός μόνιτορ του οίκου **GE** μοντέλο **B650** με S/N **SK416220014HA** .

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Τους αισθητήρες οξυγόνου.
5. Τους ηλεκτροσυσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας εκτός του μόνιτορ Β650
6. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται χρήζει περιοδικής αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει :

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) Τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) Υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) Αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) Σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) Αισθητήρες θερμοκρασίας, ηλεκτρόδια ασθενούς, καλώδια ECG, πίεσης, SPO2, .. ε) Αισθητήρες ροής, κάνιστρο νατρασβέστου, φυσούνα αναπνευστήρα.

2. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
3. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
4. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
5. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας με τον κατασκευαστή .

6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 13:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού
10. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).
11. Σε περίπτωση ακινητοποίησης της συσκευής για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

1. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
2. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
3. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο, δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης για το σύνολο του καλυπτόμενου από τη σύμβαση εξοπλισμού με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, अपαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001 ή EN ISO 13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ C-ARM

ΟΙΚΟΥ GE ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΕC-7700

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το υπό συντήρηση μηχάνημα είναι ένα (1) **Ακτινοσκοπικό Χειρουργικό C-ARM** του οίκου **GE** μοντέλο **ΟΕC7700** με σειριακό αριθμό **H2095MOB01**

ΑΡΘΡΟΝ 1ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η συντηρήτρια συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντηρήσεως κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
2. Υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
3. Υποχρεούται να πραγματοποιεί μια (1) προγραμματισμένη συντήρηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους. Οι εν λόγω επίσκεψη θα λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα εκπονείται και θα παραδίδεται εγκαίρως στο Νοσοκομείο. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
4. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για την διάγνωσης κι επανορθωτικής συντήρησης για βλάβες από συνήθη χρήση (όταν η βλάβη δεν οφείλεται σε αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού) μετά από κλήση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.
5. Μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί,
6. Αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 2ο: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Παντός είδους ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και ενισχυτή εικόνας
2. Παντός είδους αναλωσίμων (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, αναλώσιμα της laser cameras και του laser module, σύριγγες εγχυτή, γραμμή σύνδεσης εγχυτή)

3. Περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές φιλμ και χαρτιού, εγχυτές σκιαγραφικών υγρών, UPS, σταθμός επεξεργασίας) και τα εξαρτήματά τους
4. Εργασιών για τη διατήρηση αρχείου ασθενών -εικόνων εξετάσεων καθώς και εργασίες ανάκτησης δεδομένων
5. Εξασφάλιση μέγιστου χρόνου εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του συστήματος

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση όπου, λόγω παλαιότητας του μηχανήματος, η ανεύρεση λύσης για την επισκευή του καταστεί αδύνατη, και αφού ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικού τρόπου επίλυσης του προβλήματος, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση, άνευ ουδεμίας επιπλέον ζημίας για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα θα αφαιρείται από τη τιμή της σύμβασης ποσό που θα αναλογεί στο συντηρούμενο εξοπλισμό.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η συντηρήτρια θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη κλήση (με e-mail) για διορθωτική συντήρηση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αναγγελία της βλάβης εντός εργάσιμου ωραρίου (εάν η κλήση δοθεί μέχρι τις 12:00 θα προσέρχεται αυθημερόν, εάν δοθεί μετά τις 12:00 οφείλει να προσέλθει το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 9:00 ώρα).

Στην περίπτωση όπου η βλάβη οφείλεται σε αντικατάσταση ανταλλακτικού κι εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, η αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος θα γίνει όταν ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» λάβει όλα τα νόμιμα στοιχεία έγκρισης της συγκεκριμένης δαπάνης της προσφοράς του από το Νοσοκομείο σας

Οι τεχνικοί της συντηρήτριας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξη των τεχνικών της συντηρήτριας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

Είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις,

απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΑΡΘΡΟΝ 7^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην συντηρήτρια τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στην συντηρήτρια οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της συντηρήτριας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την συντηρήτρια, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Να παρέχει τον απαιτούμενο καθ' υπόδειξη της συντηρήτριας χρόνο, για την εφαρμογή διαταγής που αφορά κατά περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνημα.

ΑΡΘΡΟΝ 8^ο: ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησόμενες από την συντηρήτρια σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την συντηρήτρια να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από την συντηρήτρια ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟΝ 9^ο: ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή στο εν λόγω μηχάνημα από τον κατασκευαστικό οίκο (και όχι από τρίτους ή άλλους φορείς) που να είναι σε ισχύ.
2. Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως το συγκεκριμένο.
3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
4. Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 10^ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ VIVID-S5 & VIVID-e
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
GENERAL ELECTRIC (MEDICAL SYSTEMS)

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και βρίσκεται σε λειτουργία στους χώρους του Νοσοκομείου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	SYSTEM ID
Υπερηχοτομογράφος	VIVID S5	H2095US06
Υπερηχοτομογράφος	VIVID e	H2095US09

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
2. Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιημένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
3. Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
4. Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. Τα ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων χρήσης (Καταγραφικό Χαρτί, Gel Ηχοβόλων κεφαλών, Προφυλακτικών κ.λ.π) περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης.
5. Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8:00π.μ. έως 16:00 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
6. Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΑΡΘΡΟΝ 2 °: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
2. Υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
3. Υποχρεούται να πραγματοποιεί μια (1) προγραμματισμένη συντήρηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

4. Υποχρεούται να πραγματοποιεί **απεριόριστο αριθμό επισκέψεων** για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου.
5. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της και την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
7. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
8. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
9. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

- Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
- Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
- Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
- Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
- Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

- Περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
- Περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
- Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ανταλλακτικά και θα παραδίδονται έγκαιρα από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό και της σχετικής ειδοποίησης του τμήματος της Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας. Στα ανταλλακτικά για τον VIVID-e δεν περιλαμβάνονται οι ηχοβόλες κεφαλές ενώ για τον VIVID-S5 μέσω των ανταλλακτικών καλύπτεται μία ηχοβόλος κεφαλή (εξαιρουμένης της Διοισοφαγείου κεφαλής) με επιστροφή της χαλασμένης κεφαλής στον «Συντηρητή».

Τα απαραίτητα ανταλλακτικά επισκευών συμπεριλαμβανομένων και των ηχοβόλων κεφαλών θα καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 7^ο: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη κλήση (με e-mail) ή τηλεφωνική αναγγελία της βλάβης για διορθωτική συντήρηση εντός έξη (6) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11:00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 8^ο: ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες εξαιρουμένων των ημερών προληπτικής συντήρησης, τυχόν εργοστασιακών μετατροπών, εργασιών απεγκατάστασης και των μη συμπεριληφθεισών υπηρεσιών. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις δέκα (10) ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης και πενθήμερη παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.

ΑΡΘΡΟΝ 9^ο: ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

9.1 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή στα εν λόγω μηχανήματα από τον κατασκευαστικό οίκο που να είναι σε ισχύ.

9.2 Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

9.3 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

9.4 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 10^ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ **ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GMM** **OPERA SHARP**

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι:

Ένα Ακτινολογικό και Ακτινοσκοπικό **Συγκρότημα SHARP** με s/n: **36446**, το οποίο αποτελείται από :

- Γεννήτρια **G650 IQ RF DR** με S/N: **AMQ01299D19**
- Τραπέζι **OPERA SHARP** με S/N:**36446**
- Ψηφιακό σύστημα **OPERA D4000RF** με S/N: **36321**
- Λυχνία **OPERA RX1000** με S/N: **50W140**

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

1. Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων.
2. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οίκου **G.M.MERATE S.P.A.**, και ειδικότερα, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας, ικανότητας λειτουργίας καλής απόδοσης, μετρήσεις τάσεων και παλμών, αναγκαίες ρυθμίσεις και λιπάνσεις, συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση βοηθητικών αναλωσίμων υλών π.χ. έλαιο λίπανσης Υ.Τ., καθώς και η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την συνήθη χρήση των συγκροτημάτων, και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.
3. Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιημένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
4. Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
5. Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. Τα ανταλλακτικά πλην των ακτινολογικών λυχνιών του ανιχνευτή και των αναλωσίμων (films, σκιαγραφικών κ.λ.π) περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην σύμβαση συντήρησης.
6. Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8.30π.μ. έως 16.30 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
7. Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ:

1. Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
2. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
3. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
4. Υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων,
5. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου,
6. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις εργοστασιακές αλλαγές που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος και που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα σε εξελιγμένο τεχνικό επίπεδο,
7. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά,
8. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της και να δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
9. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων,
10. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

1. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:
2. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.

3. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
4. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
5. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
6. Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των μηχανημάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία τους.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία.

Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

1. Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.
2. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
3. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
4. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
5. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα διενεργούνται, ετησίως, **3** (τρεις) συντηρήσεις, ήτοι: Ανά τετράμηνο.

Η εταιρεία θα εκπονεί και θα παραδίδει εγκαίρως στο Νοσοκομείο αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων για το σύνολο των μηχανημάτων και για όλο το συμβατικό χρόνο. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.

7. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Απεριόριστος αριθμός.

8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

1. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των βλαβών.
2. Εξαιρείται η ακτινολογική λυχνία και ο ανιχνευτής.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ:

Συμπεριλαμβάνονται.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ:

Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 11:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:30 π.μ.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπέσει με το ωράριο εργασίας αυτού. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που δεν παρουσιάζεται πρόβλημα στην ομαλή ανεύρεση ανταλλακτικών.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ:

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης.

Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 7 (επτά) εργάσιμες ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης.

12. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ HAMILTON C1 & T1

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι δώδεκα (12) αναπνευστήρες του οίκου **HAMILTON** μοντέλο **C1** και ένας (1) αναπνευστήρες του οίκου **HAMILTON** μοντέλο **T1** που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω **Πίνακα**.

Περιγραφή Εξοπλισμού	ΤΥΠΟΣ	Αριθμός Σειράς	Χώρος
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23414	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23464	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23282	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23324	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	22288	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	19932	ΜΑΦ ΛΑΤΣΕΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23329	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23826	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23277	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	24389	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23319	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	C1	23294	ΜΕΘ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Αναπνευστήρας HAMILTON	T1	13896	ΤΕΠ

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

- Την πραγματοποίηση ενός ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
- Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
- Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Τους πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.
- Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

- Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες οξυγόνου, αισθητήρες ροής, αισθητήρες θερμοκρασίας, κεφαλές νεφελοποίησης, καλώδια συνδέσεως, βύσματα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
- Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
- Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
- Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 12:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
10. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης
11. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των οκτώ (8) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
15. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

15.1 Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο στον ίδιο εξοπλισμό.

15.2 Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή σε μετάφραση όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (10) δέκα εργάσιμων ή μη ημερών ανά μηχάνημα, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**

- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
HEINEN & LOWENSTEIN μοντέλο LEON Plus
& MONITOR MENNEN μοντέλο Vitalogik 6000

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Συγκρότημα του οίκου **HEINEN & LOWENSTEIN** μοντέλο **LEON Plus** με **S/N 0200010HUL21106649** με (1) Μόνιτορ **Vitalogik 6000** του οίκου **MENNEN** που βρίσκεται εγκατεστημένο στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.

A/A	Εξοπλισμός	S/N	Προληπτικές Συντηρήσεις (ετησίως)	Τύπος Σύμβασης
1	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - LEON plus οίκου LOWENSTEIN	0200010HUL21106649	1	Πλήρης Συντήρηση
2	ΜΟΝΙΤΟΡ Vitalogik 6000 οίκου MENNEN	995602720020	1	Πλήρης Συντήρηση

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

- Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
- Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
- Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής τους και ελέγχου του μηχανήματος, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων του εξοπλισμού που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Τους ηλεκτροσυσσωρευτές.
- Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του Αναισθησιολογικού Συγκροτήματος και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του, που αναφέρονται παρακάτω.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

- Τα παρακάτω αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του Αναισθησιολογικού μηχανήματος και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες οξυγόνου, αισθητήρες θερμοκρασίας, καλώδια συνδέσεως, βύσματα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον

κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.

- Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του Αναισθησιολογικού μηχανήματος.
- Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
- Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
- Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
- Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.
- Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
- Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.

- Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 11:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:30 π.μ.
- Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
- Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
- Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
- Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).
- Σε περίπτωση ακινητοποίησης του εξοπλισμού για διάστημα άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο Αναισθησιολογικό μηχάνημα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
- Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης καλείται η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να καλύψει την εργασία εγκατάστασης και το κόστος αυτού. Επίσης, για την συντήρηση των μηχανημάτων το κόστος των υλικών συντήρησης βαρύνει την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

- Εφόσον κάποια ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. λόγω παλαιότητας) τότε συμφωνείται η αφαίρεση του μηχανήματος από την Σύμβαση καθώς και το αντίστοιχο τίμημα της Σύμβασης και η πληρωμή θα καθοριστεί σύμφωνα με τους μήνες που το μηχάνημα ήταν σε χρήση εντός Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

- 5.1 Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε εξοπλισμό του ιδίου οίκου.
- 5.2 Ο συμμετέχων υποψήφιος «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ » να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485 για

την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ 7^ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (9) ΚΛΙΝΩΝ TOTAL CARE SPORT, (4) ΚΛΙΝΩΝ TOTAL CARE & (1) ACCELLA.

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός είναι εννέα (9) Κλίνες ΜΕΘ του οίκου HILL-ROM μοντέλο Total Care Sport, τέσσερις (4) Κλίνες ΜΕΘ του οίκου HILL-ROM μοντέλο Total Care και μια (1) Κλίνη ΜΕΘ του οίκου HILL-ROM μοντέλο ACCELLA (HRP004130122)

Το σύμβολο συντήρησης περιλαμβάνει:

Η σύμβαση θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής συντήρησης και την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών τόσο σε εργασία όσο και στα απαραίτητα υλικά συντήρησης και επισκευών

Αναλυτικά ο προληπτικός έλεγχος - συντήρηση των κλινών περιλαμβάνει τα εξής:

- Έλεγχο όλων των λειτουργιών-κινήσεων της κλίνης
- Λίπανση όλων των αρθρώσεων της κλίνης
- Ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών λειτουργιών και βαθμονόμηση της κλίνης εφόσον απαιτείται
- Έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας

- Επιδιορθώσεις εμφανώς σκουριασμένων περιοχών της κλίνης, (δεν επιδιορθώνονται περιοχές σκουριάς λόγω μη ορθής χρήσης)
- Εντοπισμό-καταγραφή και επισκευή βλαβών που καλύπτονται στα πλαίσια της σύμβασης
- Έλεγχο της κατάστασης όλων των (συνολικά 12) βαλβίδων και αντικατάσταση τους εφόσον απαιτείται
- Καθαρισμό φίλτρου αέρα και αντικατάσταση του εφόσον απαιτείται στις κλίνη Total Care Sport
- Έλεγχος συστήματος & λειτουργιών στρώματος αέρα στις κλίνες Total Care Sport
- Έλεγχος ζυγού & βαθμονόμηση του εφόσον απαιτείται στις κλίνες Total Care Sport

Το συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει :

Εξαιρούνται από την σύμβαση βλάβες που έχουν προκληθεί από μη ορθή χρήση όπου εκτός της χρέωσης των ανταλλακτικών θα χρεώνονται και οι ώρες εργασίας.

Ενδεικτικά βλάβες μη ορθής χρήσης θεωρούνται τα παρακάτω:

- Φθορά καλωδίου τροφοδοσίας και φθορά κεντρικής πλακέτας στο σημείο του καλωδίου τροφοδοσίας
- Φθορά στις μεμβράνες χειριστηρίων
- Στράβωμα τμημάτων κλίνης, π.χ. πλάτης, ποδιών κλπ
- Φθορές που ενδέχεται να προκληθούν από χτυπήματα των επιφανειών της κλίνης
- Βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω μη ορθού καθαρισμού της κλίνης με μεγάλη ποσότητα υγρών.

Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση στρωμάτων αέρα και των καλυμμάτων τους.

Σημείωση:

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2020 στις 8 κλίνες Total Care Sport στη Μ.Ε.Θ. Θριασίου διαπιστώθηκαν τα εξής:

- S/N: J296AM0653: Χαλασμένη οθόνη δεξιάς πλευράς
- S/N: J297AM0664: Χαλασμένη οθόνη δεξιάς πλευράς
- S/N: J296AM0651: Χαλασμένη οθόνη δεξιάς πλευράς
- S/N: J297AM0672: Χαλασμένη οθόνη αριστερής πλευράς

Οι παραπάνω οθόνες δε καλύπτονται στα πλαίσια της σύμβασης και δε θα αντικατασταθούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
- Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
- Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.
- Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
- Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 11:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:30 π.μ.
- Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
- Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν.

Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».

- Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
- Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προληπτικής συντήρησης.

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΜΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης με του ίδιους όρους της ισχύουσας σύμβασης και αυτό άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

LASER HOLMIUM YAG SPHINX 30 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LISA LASER PRODUCTS OHG

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση του Ουρολογικού Συστήματος **Laser Holmium YAG**, του κατασκευαστικού οίκου **LISA Laser Products OHG** Γερμανίας, μοντέλο **SPHINX 30** με αριθμό σειράς S/N: **00632**

ΑΡΘΡΟ 2: Το πρόγραμμα μιας ετήσιας προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει:

Συντήρηση του μηχανήματος από τεχνικούς της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ (σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, οι οποίοι θα προβαίνουν στις κάτωθι εργασίες:

1. Βαθμονόμηση των αισθητήρων ενέργειας.
2. Αντικατάσταση των Ion changer και Fibre coupler
3. Έλεγχος τροφοδοτικού υψηλής τάσης.
4. Καθαρισμός οπτικών συστημάτων
5. Έλεγχος και καθαρισμός κεφαλής laser.
6. Έλεγχος / Καθαρισμός αντλίας ψυκτικού
7. Έλεγχος οπτικών ινών συστήματος
8. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος (software-hardware)

Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου του LASER είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς αλλά και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 3: Το πρόγραμμα της αποκατάστασης βλαβών περιλαμβάνει:

1. Το κόστος της παρεχόμενης εργασίας για την αποκατάσταση κάθε έκτακτης παρουσιαζόμενης βλάβης όσο και το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
2. Το κόστος προμήθειας και αντικατάστασης των μονάδων παραγωγής ακτίνων Laser.
3. Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας, που κατά καιρούς εκδίδονται από την εταιρεία και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά.
4. Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟΝ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού στο σύνολό του ή για τμήμα αυτού, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός τουλάχιστον έξη (6) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της.

ΑΡΘΡΟΝ 5: ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.
2. Περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
3. Περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.
5. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟΝ 6: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00
2. Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) ημερών, εργάσιμων ή μη, εξαιρουμένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 7 (επτά) εργάσιμες ή μη ημέρες Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει επταήμερη παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.
3. Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή σε μετάφραση όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 7ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MAQUET SERVO I & MAQUET SERVO-AIR ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΛΑΤΣΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το υπό συντήρηση μηχάνημα είναι δύο (2) αναπνευστήρες μονάδας εντατικής Θεραπείας του κατασκευαστικού οίκου **MAQUET** μοντέλο **Servo I** με αριθμό σειράς **59276** και **MAQUET Servo-air** με αριθμό σειράς **6882000** που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη **Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων»**

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνει:

1. Πραγματοποίηση των περιοδικών συντηρήσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, καθώς και το kit των υλικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Τον αισθητήρα οξυγόνου και τις μπαταρίες εφεδρικής λειτουργίας, **όποτε απαιτηθεί η αντικατάστασή τους.**
3. Επισκευή απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
4. Όλες τις αναβαθμίσεις του αναπνευστήρα που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για λόγους ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα χρήσης όπως φίλτρα, αεραγωγούς, αισθητήρες θερμοκρασίας, κεφαλές νεφελοποίησης, καλώδια συνδέσεως, βύσματα, κλπ.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του χειριστή ή από κακή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου ή από λάθος τρόπο αποστείρωσης του αναπνευστήρα.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

- Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων θα γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα

διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.

- Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Επίσης, θα γίνεται αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης και θα περιλαμβάνει το κόστος της εργασίας καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εκτός αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του χειριστή ή από κακή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου ή από λάθος τρόπο αποστείρωσης του αναπνευστήρα. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
- Σε περίπτωση βλάβης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής εντός τεσσάρων (4) ωρών σε εργάσιμη ημέρα και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ.). (Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ενεργοποιείται ο όρος 7).
- Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
- Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
- Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).
- Σε περίπτωση ακινητοποίησης του αναπνευστήρα για διάστημα άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η

«ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιου ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο αναπνευστήρα μονάδας εντατικής θεραπείας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

- Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή σε μετάφραση όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει πενθήμερη παράταση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΚ MINDRAY SV600

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι ένδεκα (11) αναπνευστήρες μονάδας εντατικής Θεραπείας του οίκου **MINDRAY** μοντέλο **SV600** που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και είναι εγκατεστημένοι **οι δέκα (10) στη Μονάδα Εμφραγμάτων** του Νοσοκομείου και **ένας (1) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών**.

A/A	Περιγραφή Εξοπλισμού	Αριθμός Σειράς
1.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009480
2.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009482
3.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009483
4.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009499
5.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009500
6.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009507
7.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009518
8.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009519
9.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009520
10.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-0C009496
11.	Αναπνευστήρα ς Mindray SV600	AA6-07006583 ΤΕΠ

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση τον ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης (κιτ Συντήρησης).
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Έλεγχος παραμέτρων και βαθμονόμηση, sensor zero point, Press. Sensor., Flowmeter Sensor
4. Έλεγχος οθόνης
5. Έλεγχος μηχανικών μερών και κελύφους
6. Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας
7. Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

8. Έλεγχο ηλεκτροσυσσωρευτών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
9. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες O₂, αισθητήρες θερμοκρασίας, μπαταρίες, καλώδια συνδέσεως. **Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο.** Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
3. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
- Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
- Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
- Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται

με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

- Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ).
- Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
- Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
- Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
- Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης
- Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των οκτώ (8) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
- Ο Ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (8) οκτώ εργάσιμων ή μη ημερών, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. οκτώ (8) εργάσιμες ή μη ημέρες ανά συσκευή), το Νοσοκομείο δικαιούται να επιβάλλει ως ποινική ρήτρα την χωρίς χρέωση παράταση της σύμβασης κατά (5) πέντε ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβασης του ορίου. Στο σύνολο των ημερών δεν προσμετρούνται οι μη λειτουργία των συσκευών, εφόσον έχει δοθεί από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» μηχάνημα αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 8 MONITORS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER
ΤΥΠΟΥ IACS & C700
&
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 6 MONITORS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER
ΤΥΠΟΥ OMEGA

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

A) Οκτώ (8) Μόνιτορ του Οίκου Draeger τύπου IACS with C700 με Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης ICS που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θρησίου Νοσοκομείου και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612857766
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612859461
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612856170
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612849561
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612856366
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612854466
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612853173
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	5612855465
Κεντρικός Σταθμός Draeger ICS	10Q7XL- 00249

Β) Ένδεκα (11) Μόνιτορ του Οίκου Draeger τύπου Omega με Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης ICS που βρίσκονται εγκατεστημένα τα δέκα (10) στην Μονάδα Εμφραγμάτων του Θριασίου και το ένα (1) στην Π/Ν κλινική του Νοσοκομείου και περιγράφεται παρακάτω:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Μόνιτορ Draeger Omega	6008392866
Μόνιτορ Draeger Omega	6008404275
Μόνιτορ Draeger Omega	6008409172
Μόνιτορ Draeger Omega	6008409466
Μόνιτορ Draeger Omega	6008411873
Μόνιτορ Draeger Omega	6008416271
Μόνιτορ Draeger IACS with C500	ASNF-0044
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	ASNC-0030
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	ASNC-0031
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	ASNC-0033
Μόνιτορ Draeger IACS with C700	ASNC-0034
Κεντρικός Σταθμός Draeger ICS	12946M00351

Γ) Το ετήσιο συμβόλαιο προληπτική συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Απεριόριστο αριθμό κλήσεων.
2. Μία προληπτική συντήρηση ετησίως.
3. Απεριόριστο αριθμό βλαβών.
4. **Service kits και πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.**
5. Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές (TSBs) που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής.
6. Ειδική έκπτωση (15%) στα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης.
7. **Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) του κεντρικού σταθμού(Αφορά τον σταθμό της Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Θριασίου).**

Δ) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει:

1. Ανταλλακτικά επανορθωτικής συντήρησης και αναλώσιμα υλικά.

2. Αποκατάσταση βλαβών από υπαιτιότητα χρήστη.
3. Τα μηχανήματα / εξοπλισμός απαραίτητα για την επικοινωνία των μόνιτορ με τον κεντρικό σταθμό ICS όπως δομημένη καλωδίωση , switches κλπ.
4. Σε περίπτωση πιθανής βλάβης, θα ακολουθείται αντίστοιχα οικονομική προσφορά και έγκριση από το νοσοκομείο για την αποκατάστασή της. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ακινητοποίησης δεν θα προσμετρείται στο Down Time των μόνιτορ ή του κεντρικού σταθμού
5. Εκτυπωτές και εκτυπωτικά R50, τα οποία πιθανόν να συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

1. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους , πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από την ίδια τεχνικούς την πλήρης κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρήσεων , απεριόριστου αριθμού βλαβών, προληπτικών συντηρήσεων και κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου.
2. Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων.
3. Προληπτική συντήρηση εννοείται ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits), όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός Οίκος Draeger).
4. Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου .
5. Η σύμβαση προληπτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες , καλώδια, βυσματούμενες μονάδες, γυάλινων ή αποσπώμενων κλιβανιζόμενων τμημάτων, αντιβακτηριδιακά φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων με τους μειωτήρες τους κτλ. και το κόστος αυτών σε περίπτωση βλάβης, και εάν τα παραπάνω κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων, η προμήθειά τους θα γίνεται κατόπιν οικονομικής προσφοράς . Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία.

6. Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση ανταλλακτικών από προϋπάρχουσες βλάβες, που έχουν ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και για τις οποίες υπάρχει προσφορά σε εκκρεμότητα .
7. Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχάνημα, ορίζεται στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου σας.
8. Επίσης περιλαμβάνει την υποχρέωση της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν απεριόριστο αριθμό βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησής σας και εντός τεσσάρων εργάσιμων (4) ωρών με αποστολή τεχνικού. Η γραπτή ειδοποίηση του Πελάτη πρέπει να προσδιορίζει την φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασής του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την Συντηρήτρια από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 08:00. Η υποχρέωση αυτή της Συντηρήτριας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16 :00).
9. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση επιδιόρθωσης μηχανήματος της παρούσας σύμβασης υπερβαίνει τις επτά (7) εργάσιμες ή μη ημέρες ανά περίπτωση, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» οφείλει να προβεί σε προσωρινή αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο αντίστοιχου τύπου, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.
10. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της κλινικής. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών (Log Book) του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη - εργασία αντιπροσώπου της.
11. Σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οίκου Draeger και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών , εφόσον απαιτούνται υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές (TSBs - Technical Service Bulletins), οι οποίες βελτιώνουν τις υπάρχουσες λειτουργίες των μηχανημάτων, τότε αυτές θα γίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη.

12. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» δεν φέρει ευθύνη όταν:

Από τις υποχρεώσεις της Συντηρήτριας εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε αμέλεια ή σε δόλο τρίτων, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτούμενων συνθηκών του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως ορίζονται στα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

1. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (7) επτά εργάσιμων ή μη ημερών ανά περίπτωση, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχανήμα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».
2. Σε περίπτωση όπου για την αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, τα οποία δεν καλύπτονται από τη σύμβαση, το διάστημα από την έγγραφη γνωστοποίηση του κόστους τους στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ , έως και την αποστολή της οικονομικής έγκρισης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» για την προμήθειά τους, δεν θα υπολογίζεται ως χρόνος ακινητοποίησης.

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) ημερών, εργασίμων ή μη **ανά συσκευή** μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 7 (επτά) εργάσιμες ή μη ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης και πενθήμερη (5) παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

**MONITORS ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MINDRAY & EDAN ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
EDAN**

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

A) Οκτώ (8) Μόνιτορ του Οίκου Draeger τύπου BENEVISION N17 με Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης BENEVISION CMS που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΛΑΤΣΕΙΟΥ και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008088
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008089
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008090
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008091
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008092
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008093
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008094
Μόνιτορ MINDRAY BENEVISION N17	F2-04008095
Κεντρικός Σταθμός BENEVISION CMS	JB03008711

B) Δέκα (10) Μόνιτορ του Οίκου EDAN τύπου ELITE V6 με Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης EDAN που βρίσκονται εγκατεστημένα στην ΜΑΦ του ΛΑΤΣΕΙΟΥ και περιγράφονται παρακάτω:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630001
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630010
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630011
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630020
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630022
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630033
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630043

Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630056
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630079
Μόνιτορ EDAN ELITE V6	260597-M20317630077
Κεντρικός Σταθμός EDAN	261432-M20412330020

Γ) Δέκα φορητά (10) Μόνιτορ του Οίκου EDAN τύπου iM70 που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και περιγράφονται παρακάτω.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780001
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780002
Μόνιτορ EDAN iM70	360253-M20311130003
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780004
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780005
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780006
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780007
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780008
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780009
Μόνιτορ EDAN iM70	360080-M20311780010

Το ετήσιο συμβόλαιο προληπτική συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Απεριόριστο αριθμό κλήσεων.
2. Μία προληπτική συντήρηση ετησίως.
3. Απεριόριστο αριθμό βλαβών.
4. Service kits (αν απαιτούνται από τον κατασκευαστή) και οι εσωτερικές μπαταρίες, οι οποίες αντικαθίστανται βάσει οδηγιών κατασκευαστή.
5. Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει:

1. Αναλώσιμα υλικά, και υλικά που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή όπως καλώδια ΗΚΓ (στέλεχος και απολήξεις), καλώδια οξυμετρίας (στέλεχος και αισθητήρας), καλώδια αιματηρής πίεσης IBP, σωλήνας περιχειρίδας, περιχειρίδες ΝΙΒΡ και εξωτερικές μπαταρίες.
2. Αποκατάσταση βλαβών από υπαιτιότητα χρήστη.
3. Εκτυπωτές και εκτυπωτικά, τα οποία πιθανόν να συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

1. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο στον ίδιο εξοπλισμό την πλήρη κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρήσεων, απεριόριστου αριθμού βλαβών, προληπτικών συντηρήσεων και κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου.
2. Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων.
3. Προληπτική συντήρηση εννοείται ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits), όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής
4. Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.
5. Η σύμβαση προληπτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως καλώδια ΗΚΓ (στέλεχος και απολήξεις), καλώδια οξυμετρίας (στέλεχος και αισθητήρας), καλώδια αιματηρής πίεσης IBP, σωλήνας περιχειρίδας, περιχειρίδες ΝΙΒΡ κτλ. και το κόστος αυτών σε περίπτωση βλάβης, και εάν τα παραπάνω κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων, η προμήθειά τους θα γίνεται κατόπιν οικονομικής προσφοράς

6. Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση ανταλλακτικών από προϋπάρχουσες βλάβες, που έχουν ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και για τις οποίες υπάρχει προσφορά σε εκκρεμότητα .

7. Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχάνημα, ορίζεται στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου σας.

8. Επίσης περιλαμβάνει την υποχρέωση της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν απεριόριστο αριθμό βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησής σας και εντός τεσσάρων εργάσιμων (4) ωρών με αποστολή τεχνικού. Η γραπτή ειδοποίηση του Πελάτη πρέπει να προσδιορίζει την φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασής του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την Συντηρήτρια από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 08:00. Η υποχρέωση αυτή της Συντηρήτριας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16 :00).

9. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση επιδιόρθωσης μηχανήματος της παρούσας σύμβασης υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ή μη ημέρες ανά περίπτωση, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» οφείλει να προβεί σε προσωρινή αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο αντίστοιχου τύπου, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.

10. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της κλινικής. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών (Log Book) του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη - εργασία αντιπροσώπου της.

11. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

11.1 Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο στον ίδιο εξοπλισμό.

11.2 Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

12. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» δεν φέρει ευθύνη όταν:

Από τις υποχρεώσεις της Συντηρήτριας εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε αμέλεια ή σε δόλο τρίτων, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτούμενων συνθηκών του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως ορίζονται στα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».
- Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης (**DOWN TIME**)_κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες, εφόσον δεν δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του χρόνου ακινητοποίησης όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 4ο, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΟΙΚΟΥ Nikkiso MONTELO DBB-05 (3 ΜΗΧ) & DBB-07 (2 ΜΗΧ)

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός είναι πέντε (5) μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού του οίκου **NIKKISO**, είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
DBB-05	67032-01	2
DBB-05	72096N-01	2
DBB-05	72097N-02	2
DBB-07	J1603369	2
DBB-07	J1603370	2

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

1. Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, εργασίες, δοκιμές και έλεγχος, όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
2. Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
3. Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
4. Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.
5. Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
6. Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης των παρακάτω μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως (2) δύο προγραμματισμένες συντηρήσεις, ήτοι μία (1) ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι εν λόγω επισκέψεις θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησόμενου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
2. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.
3. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Τα ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων χρήσης περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα πρέπει να είναι γνήσια και αυτά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Το δε κόστος τους καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση. Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών μετά από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του τμήματος της Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας.
5. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.
7. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
8. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στην υλοποίησή τους χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος ,μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη κλήση (με-e mail) για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11.00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης. Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπέσει με το ωράριο εργασίας αυτού.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) ημερών, εργασίμων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 7 (επτά) εργάσιμες ή μη ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης και δεκαήμερη παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-arm PHILIPS BV PULSERA

1. ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το υπό συντήρηση μηχάνημα είναι ένα (1) Ακτινοσκοπικό C-arm του οίκου **PHILIPS** μοντέλο **BV PULSERA** με **S/N 2021**, που βρίσκεται εγκατεστημένο στην αίθουσα του Βηματοδοτικού τμήματος.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει:

1.1 Ανταπόκριση – αποκατάσταση για απεριόριστο αριθμό έκτακτων κλήσεων εντός 24 ωρών.

1.2 Τέσσερις (4) περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις ανά έτος στις οποίες περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

- Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κ.λ.π .
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής αποδόσεως.
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής αποδόσεως.
- Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών του συστήματος.
- Απομάκρυνση σκόνης εσωτερικά και εξωτερικά.
- Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων.
- Έλεγχο καλωδιώσεων .
- Έλεγχος επικέντρωσης και καθετότητας ακτινοβολίας.
- Έλεγχος ποιότητας εικόνας.
- Την συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων.
- Την συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων
- Έλεγχο μηχανολογικών τμημάτων
- Τον ποιοτικό έλεγχο (ρύθμιση KV, Ma, δόση ακτινοβολίας κ.τλ.).
- Έλεγχο λογισμικού και ρυθμίσεις εάν απαιτηθούν.
- Έλεγχος αφαλούς λειτουργίας φρένων.

1.3 Η συντηρήτρια θα εκπονεί και θα παραδίδει εγκαίρως στο Νοσοκομείο αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και για όλο το συμβατικό χρόνο.

1.4 Αναβαθμίσεις και επεκτάσεις που προσφέρονται από τον κατασκευαστικό οίκο δωρεάν και αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας και της απόδοσης του συστήματος, διατηρώντας το παράλληλα σε εξελιγμένο τεχνολογικά επίπεδο.

1.5 Αποκατάσταση όλων των εκτάκτων βλαβών που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό

1.6 Χρησιμοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών του Οίκου PHILIPS. και για τα οποία παρέχεται πλήρης εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Εξαιρείται η ακτινολογική λυχνία.

1.7 Ειδικότερα για την ακτινολογική λυχνία θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας (PRORATA TEMPORIS) με αναλογία χρήσης (δηλαδή σε περίπτωση καταστροφής της λυχνίας εντός του χρόνου εγγύησης, η συμμετοχή του ιδρύματος στη δαπάνη αντικατάστασής της θα είναι ανάλογη με το χρόνο χρήσης σύμφωνα με την αρχή των δωδεκατημορίων).

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως ανταλλακτικά και Ηλεκτροσυσσωρευτές, εκτός αναλωσίμων.

1. Ως "Αναλώσιμα" θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού εικόνας). Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό και της σχετικής ειδοποίησης της συντηρήτριας.

2. Σε περίπτωση μη εύρεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών (λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού), αναγκάιν για αποκατάσταση βλάβης που τυχόν προκύψει στον εν λόγω εξοπλισμό και αφού η συντηρήτρια εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης τρόπου επίλυσης του προβλήματος, η επιμέρους σύμβαση αυτού, θα διακόπτεται με έγγραφη ενημέρωση της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ και θα τιμολογείται έως την τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:

Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η συντηρήτρια συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
2. Υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
3. Υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργασιμών ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησόμενου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της συντηρήτριας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
4. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
5. Μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της συντηρήτριας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
6. Υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.
7. Αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

8. Οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
9. Υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ'οσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ:

Η συντηρήτρια θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη κλήση (με e-mail) για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών. Οι τεχνικοί της συντηρήτριας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξη των τεχνικών της συντηρήτριας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ως χρόνος ακινητοποίησης υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγγραφης κλήσης (e-mail) του Νοσοκομείου και της παράδοσης του μηχανήματος σε λειτουργία, μη υπολογιζόμενου του ορισθέντος χρόνου ανταπόκρισης.

Ως μέγιστος επιτρεπτός χρόνος ακινητοποίησης για το συγκρότημα ορίζεται το 4% του συνολικού αριθμού εργασίμων ωρών του έτους. Εάν ο μέσος όρος ακινητοποίησης υπερβεί το ανωτέρω ορισθέν όριο, τότε η συντηρήτρια θα επεκτείνει το χρόνο της σύμβασης δωρεάν κατά 4 ημέρες για κάθε ημέρα ακινητοποίησης πέραν του προαναφερθέντος επιτρεπτού ορίου.

6. ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην συντηρήτρια τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).

3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στην συντηρήτρια οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της συντηρήτριας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την συντηρήτρια, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Να παρέχει τον απαιτούμενο καθ' υπόδειξη της συντηρήτριας χρόνο, για την εφαρμογή διαταγής που αφορά κατά περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνημα.

9. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησόμενες από την συντηρήτρια σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την συντηρήτρια να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλουμένης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από την συντηρήτρια ή τρίτους.
4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

10. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

10.1 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή στο εν λόγω μηχάνημα από τον κατασκευαστικό οίκο που να είναι σε ισχύ.

10.2 Πελατολόγιο με λίστα φορέων με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση για συντήρηση μηχανήματος αντίστοιχου μοντέλου.

10.3 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

10.4 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Practix 160 ΟΙΚΟΥ PHILIPS

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

Φορητά Ακτινολογικά. Βλ. Παράρτημα Α

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως Παράρτημα Α.

3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Α). Μέσω της σύμβασης προβλέπεται η δωρεάν παροχή των παρακάτω μικρής αξίας ανταλλακτικών:

- Λαμπτήρες επικέντρωσης,
- Ενδεικτικά LED,
- Διακόπτες-Μπουτόν,
- Φωτοκύτταρα ασφαλείας,
- Ρουλεμάν,
- Βίδες και παξιμάδια,
- Ασφάλειες,
- Ηλεκτρονικά εξαρτήματα επισκευής πλακετών (όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα IC, Τρανζίστορ, Δίοδοι, Πυκνωτές κλπ)

Β). Δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω ανταλλακτικά/εξαρτήματα, των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους, για τα οποία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση

- Λυχνίες κενού ακτίνων Χ,
- ενισχυτές εικόνας,
- μετασχηματιστές υψηλής τάσης,
- monitors

Γ). Δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω ανταλλακτικά/εξαρτήματα για τα οποία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση:

- Καλώδια υψηλής τάσης,

- Πλακέτες και άλλες ηλεκτρονικές μονάδες που δεν θα είναι δυνατή η επισκευή τους και θα απαιτείται η αντικατάστασή τους.

Το ανώτατο ετήσιο κόστος των υλικών της παραγράφου Γ) δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 40% της αξίας της σύμβασης.

Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 7 ημερών μετά τη γραπτή οικονομική έγκριση του Νοσοκομείου για την προμήθειά τους. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση του Συντηρητή θα είναι καινούργια, μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα, κατάλληλα όμως σε κάθε περίπτωση για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών και την προσήκουσα λειτουργία του μηχανήματος.

Στην περίπτωση που η επισκευή ενός ή περισσότερων εκ των μηχανημάτων καταστεί αδύνατη, λόγω μη διάθεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών, και αφού ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικού τρόπου επίλυσης του προβλήματος, τα μη επισκευάσιμα συστήματα θα εξαιρούνται από τη σύμβαση, άνευ ουδεμίας επιπλέον ζημίας για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα θα αφαιρείται από τη τιμή της σύμβασης ποσό που θα αναλογεί στο συντηρούμενο εξοπλισμό, όπως αυτό θα δηλώνεται στο **Παράρτημα Β'**, λαμβάνοντας υπ' όψη τη χρονική ποσόστωση για το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων και η σύμβαση θα συνεχίζεται ως έχει για όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα.

4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

Δεν περιλαμβάνονται.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:

Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

- υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση. Οι εργασίες συντήρησης, ελέγχων, επισκευών και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες, τα ειδικά τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου αλλά και τις απαιτήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
- υποχρεούται να διαθέτει πτυχιούχους μηχανικούς έμπειρους και τεχνικά επαρκείς σχετικά με τα εν λόγω μηχανήματα. Για το λόγο αυτό ζητείται είτε να είναι πιστοποιημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, είτε η τεχνική τους επάρκεια, γνώση και εμπειρία να προκύπτει αποδεδειγμένα από την ύπαρξη αντίστοιχων συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού όμοιου με αυτόν του νοσοκομείου. Για όλα αυτά να κατατεθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.
- υποχρεούται να πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες συντηρήσεις κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος. Το εν λόγω αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων

(χρονοδιάγραμμα) θα εκπονείται από το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και θα παραδίδεται εγκαίρως στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

- υποχρεούται να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητη εργασία, όπως εσωτερικοί καθαρισμοί, λίπανση μηχανικών μερών, έλεγχοι και ρυθμίσεις καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε καλή λειτουργική κατάσταση. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 21:00), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών). Εάν τα μηχανήματα παρουσιάσουν βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Προληπτικής Συντήρησης, οι εργασίες της συντήρησης θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες αποκατάστασης βλάβης κατά την κρίση των τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Κατά την συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη και προβλεπόμενη τεχνική μετατροπή και εργασία μέτρησης και ρύθμισης για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και την μέγιστη απόδοση των συστημάτων. Κάθε παρέμβαση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα πρέπει να έχει και την έγκριση του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
- υποχρεούται να πραγματοποιεί ρύθμιση της ευαισθησίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου έκθεσης, εντός των περιοχών που προβλέπονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες των συστημάτων ψηφιοποιημένης εικόνας, όποτε αυτό απαιτείται.
- υποχρεούται μετά από το πέρας κάθε εργασίας συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης να παραδίδει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας. Στα δελτία αυτά θα αναφέρεται λεπτομερώς το ιστορικό της βλάβης του μηχανήματος, ο χρόνος άφιξης των Τεχνικών και ο χρόνος αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του μηχανήματος, καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και η κατάσταση (λειτουργική ή μη) στην οποία παραδόθηκε το μηχάνημα. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Τα δελτία θα υπογράφεται από τον τεχνικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδονται τα αντίτυπα των δελτίων που προορίζονται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
- υποχρεούται για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.
- αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ως χρόνος ακινητοποίησης υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγγραφης κλήσης (e-mail) του Νοσοκομείου και της παράδοσης του μηχανήματος σε λειτουργία, μη υπολογιζόμενου του ορισθέντος χρόνου ανταπόκρισης.

Σε περίπτωση όπου για την αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, τα οποία δεν καλύπτονται από τη σύμβαση, το διάστημα από την ανίχνευση της βλάβης έως και την αποστολή της οικονομικής έγκρισης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την προμήθειά τους δεν θα υπολογίζεται ως χρόνος ακινητοποίησης.

Ως μέγιστος επιτρεπτός χρόνος ακινητοποίησης για κάθε μηχάνημα ορίζεται το διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Εάν ο χρόνος ακινητοποίησης για ένα ή και για όλα τα μηχανήματα του Παραρτήματος Α υπερβεί το ανωτέρω ορισθέν όριο, τότε για κάθε ημέρα ακινητοποίησης θα επεκτείνεται ο χρόνος της σύμβασης κατά 5 ημέρες χωρίς πρόσθετη χρέωση και για το σύνολο των μηχανημάτων του Παραρτήματος Α.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν υπολογίζονται οι ημέρες προληπτικών συντηρήσεων, οι ημέρες καθυστέρησης που οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, οι ημέρες για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες υπηρεσίες εκτελεσθησόμενες από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, καθώς και για βλάβες ελάσσονος σημασίας (δηλαδή που δεν απαγορεύουν την πραγματοποίηση εξετάσεων). Επίσης εξαιρούνται οι ημέρες ακινητοποίησης λόγω αναμονής για την προμήθεια των εξαιρούμενων ανταλλακτικών των παραγράφων Β & Γ του άρθρου 3.

7. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8:00 έως 21:00 εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.

8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:

- Να γνωρίζει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
- Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντας τα

από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).

- Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προ συμφωνηθέντα χρόνο από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
- Να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ώστε να είναι δυνατή η άνετη, η ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών. Επίσης, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να διαθέτει ασφαλή χώρο για την αποθήκευση ανταλλακτικών και οργάνων - εργαλείων ελέγχου, με δικαίωμα 24ωρης πρόσβασης από τους τεχνικούς του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- Να παραδίδει στους Τεχνικούς του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ., ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία των Τεχνικών και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Να διατηρεί σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο τα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα στους τεχνικούς-μηχανικούς του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Σε περίπτωση απώλειας των εγχειριδίων ο του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση επισκευής των μηχανημάτων που έχουν παρουσιάσει βλάβη.
- Το προσωπικό του Τμήματος χρήσης υποχρεούται να τηρεί τις υποδείξεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σ' ότι αφορά τον άρτιο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή χειρισμό των συστημάτων.

10. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησόμενες από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

- Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες, πλημμύρες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις, πόλεμο κλπ.), διακοπή ρεύματος ή διακυμάνσεις της τάσης εκτός των προβλεπόμενων ορίων (αποδεδειγμένα με μετρήσεις ή εκ του αποτελέσματος δηλαδή ζημιές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές-μηχανήματα που λειτουργούν στον ίδιο χώρο).
- Σε περίπτωση αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης (πχ. ζημιές από χτυπήματα, έκθεση σε διάφορα υγρά) των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή τρίτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.
- Εργασίες μεταφοράς ή και επανεγκατάστασης αυτών σε νέους χώρους. Ανταλλακτικά και εργασίες για μετατροπή, αναβάθμιση ή συμπλήρωση, των συστημάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν προβλέπεται από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων.

11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

<u>Αναλυτική κατάσταση μηχανημάτων</u>	αριθμός προγραμματισμένων μηχάνημα	ετήσιων συντηρήσεων ανα
--	--	----------------------------

2) Δυο (2) Φορητά Ακτινολογικά Philips τύπου Practix 160		3
--	--	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

<u>Μηχάνημα</u>	Ετήσια αμοιβή που αφαιρείται από τη Συνολική Αμοιβή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας
-----------------	---

1 Φορητό Ακτινολογικό Philips τύπου Practix 160	_____ €
---	---------

2. Φορητό Ακτινολογικό Philips τύπου Practix 160	_____ €
--	---------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση του πλυντηρίου Ενδοσκοπίων του κατασκευαστικού οίκου **SOLUSCOPE - ANIOS** , μοντέλο **SERIE3, ΡΑΑ, ΠΛΗΡΕΣ, SL-V3-PA**, με αριθμό σειράς: 16201.

ΑΡΘΡΟ 2: Το πρόγραμμα της ετήσιας προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει:

- Παραλαβή
- Αρχικός έλεγχος
- Αποσυναρμολόγηση πλυντηρίου
- Αντικατάσταση ανταλλακτικών
- Προληπτική συντήρηση πλυντηρίου
- Λειτουργικός έλεγχος
- Συναρμολόγηση πλυντηρίου
- Τελικός έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 3: Το πρόγραμμα της αποκατάστασης βλαβών περιλαμβάνει:

Πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντήρησης με ανταλλακτικά

- Εξαιρούνται οι συνδετικοί σωλήνες ενδοσκοπίων και όλα τα αναλώσιμα χρήσης, όπως υγρά, φίλτρα, χαρτί εκτύπωσης κτλ

ΑΡΘΡΟΝ 4: Λοιποί όροι

- Ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι μέσα σε 4 ώρες από την ειδοποίηση (τηλεφωνική ή έγγραφη) και η επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από τη διάγνωση της βλάβης.
- Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00
- Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 5 (πέντε) ημερών, εργάσιμων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 5 (πέντε) εργάσιμες ή μη ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης και επταήμερη παράταση της σύμβασης για κάθε ημέρα ακινητοποίησης.
- Μη συμπεριληφθείσες υπηρεσίες στη παρούσα σύμβαση. Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ). Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ PURITAN BENNETT 840 ΤΩΝ Μ.Ε.Θ. «ΘΡΙΑΣΙΟΥ» &
«ΛΑΤΣΕΙΟΥ»

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι 11 (ένδεκα) Αναπνευστήρες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του κατασκευαστικού οίκου **NELLCOR PURITAN BENNETT**, μοντέλο **840** με αριθμούς σειράς **4200209919, 4200209911, 4200209918, 3510044265, 3510044241, 3510092014, 3510093675, 3121124960, 3121125800, 3121125810** και **3121125970**, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του «Θριάσιου» & «Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων» του Νοσοκομείου.

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Τον 4-μηνο έλεγχο της ορθής λειτουργίας των αναπνευστήρων καθώς και την ανάκληση λογισμικού και τυχόν εξαρτημάτων των αναπνευστήρων που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
2. Τους αισθητήρες οξυγόνου και τους ηλεκτροσυσσωρευτές.
3. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
4. Την πραγματοποίηση των περιοδικών συντηρήσεων, που ορίζει ο κατασκευαστής κάθε 10.000 ώρες λειτουργίας, καθώς και την παροχή του κιτ των ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης των 10.000 ωρών λειτουργίας.
5. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του αναπνευστήρα που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα με τον ασθενή, τον υγραντήρα και τον νεφελοποιητή, όπως α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες θερμοκρασίας, κεφαλές νεφελοποίησης, καλώδια συνδέσεως, βύσματα.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση ή λάθος τρόπο αποστείρωσης του αναπνευστήρα, νεφελοποιητή, υγραντήρα.

3. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
4. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ) ή από κακή τροφοδοσία δικτύων (230 VAC, Αέρα, Οξυγόνου), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.
5. Τα παρακάτω ανταλλακτικά τα οποία δεν διατίθενται πλέον από τον κατασκευαστικό οίκο λόγω τερματισμού υποστήριξης σε επίπεδο ανταλλακτικών (End of Support) που αφορούν τις οθόνες 9,4 ιντσών:

I. Όλα τα πλαστικά περιβλήματα

II. Την πλακέτα αφής (Touchframe PCB)

III. Την πλακέτα Inverter (Inverter PCB)

IV. Τις LCD οθόνες (LCD Panel 9.4")

V. Το ηχείο συναγεμίων (Speaker)

VI. Το πληκτρολόγιο (Keyboard PCB)

6. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μηχανήματα παρουσιάσει βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δεν διατίθενται πλέον ανταλλακτικά λόγω λήξεως της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων (EOL), η σύμβαση συντήρησης θα διακόπτεται αζημίως μόνο για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αναγγελίας της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων χρήσης.
- Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.
- Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

- Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η βαθμονόμηση των αναπνευστήρων θα γίνεται με ειδικό αναλυτή PTS 2000, μετά από κάθε προληπτική συντήρηση των 10.000 ωρών λειτουργίας, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
- Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ).
- Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
- Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».
- Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
- Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης (οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται την ίδια ημέρα που προέκυψε η βλάβη).

- Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των τριών (3) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο αναπνευστήρα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας ανά συσκευή (DOWN TIME) ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ή μη ημέρες τον χρόνο.

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

- **ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.**
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
- Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ημερών μη λειτουργίας όλων των συσκευών υπερβεί το συνολικά προβλεπόμενο όριο (δηλ. πέντε (5) εργάσιμες ή μη ημέρες ανά συσκευή, τότε η Σύμβαση θα παρατείνεται κατά επτά (7) ημέρες άνευ ανταλλάγματος για κάθε μια εργάσιμη ημέρα υπέρβασης για το σύνολο του καλυπτόμενου από τη σύμβαση εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 6^ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του

συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. Θα χαρακτηρίζονται, अपαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

6.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π.

6.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

6.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SEIMENS

ΜΟΝΤΕΛΟ ACUSON ANTARES PREMIUM EDITION rev 5

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, εργασίες, δοκιμές και έλεγχος, όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
- Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
- Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.
- Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
- Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του

λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Θα κατατεθεί το επίσημο πρόγραμμα προληπτικών συντηρήσεων. Οι εν λόγω επισκέψεις θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησόμενου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
2. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.
3. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Τα ανταλλακτικά, πλην των αναλωσίμων χρήσης καθώς και των ηχοβόλων κεφαλών, περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα πρέπει να είναι γνήσια και αυτά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Το δε κόστος τους καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση. Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό και της σχετικής ειδοποίησης του τμήματος της Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας.
5. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Συντηρητή.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.
7. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
8. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις ασφαλούς λειτουργίας

του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στην υλοποίησή τους χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
10. Σε περίπτωση μη εύρεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών (λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού), αναγκαίων για αποκατάσταση βλάβης που τυχόν προκύψει στον εν λόγω εξοπλισμό και αφού η συντηρήτρια εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης τρόπου επίλυσης του προβλήματος, η επιμέρους σύμβαση αυτού, θα διακόπτεται με έγγραφη ενημέρωση της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ και θα τιμολογείται έως την τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος ,μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.
6. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που αντικαθίστανται μέσω της παρούσης συμβασης επιστρέφουν, στην κυριότητα της εταιρείας.

3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο δια οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω

συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

4. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθήσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

1. Περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.
4. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.
5. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου, καθώς επίσης και δεν επιβαρύνεται με τυχόν εργασίες επαναφοράς τους. Την εν λόγω ευθύνη φέρει αποκλειστικά το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου σας, το οποίο και υποχρεούται για την αρχειοθέτηση και τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των συγκεκριμένων δεδομένων για την εξασφάλιση αυτών.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη (e-mail) ή τηλεφωνική κλήση για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11.00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) εργασίμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει πενθήμερη παράταση της σύμβασης.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο και όχι από τρίτους, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρησης κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

7.2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

7.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

7.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SIEMENS
ΤΥΠΟΥ SENSATION 64

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.1 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» αναλαμβάνει την, σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου, συντήρηση και επισκευή του Συγκροτήματος και του συνόλου των μονάδων και εξαρτημάτων του, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παρακάτω.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει τις εξής μονάδες

- **Αξονικό Τομογράφο κατασκευαστικού οίκου SIEMENS μοντέλο SENSATION 64**
- **Δύο ανεξάρτητες διαγνωστικές κονσόλες**
- **Σταθμό αρχειοθέτησης (PACS)**
- **UPS για το υπολογιστικό σύστημα**
- **Εγχυτή σκιαγραφικού του οίκου SWISS MEDICAL CARE μοντέλο CT EXPRESS III**
- **Σύστημα ψύξης**
- **Καταγραφικό σύστημα ξηρής εκτύπωσης**

1.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη ανά εξάμηνο λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος, παρέχοντας κάθε προβλεπόμενη εργασία και ανταλλακτικά συντήρησης, και ειδικότερα:

- α) τον έλεγχο ασφάλειας, τις μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ.
- β) τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και απόδοσης εντός των εργοστασιακών προδιαγραφών,
- γ) τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, κλπ.
- δ) την συμπλήρωση ή ενδεχομένως παροχή και αντικατάσταση απαραίτητων εξαρτημάτων για την ασφαλή πλήρη λειτουργία του.

1.3 Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα:

- α) Την αποκατάσταση των συνήθων βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.
- β) Την παροχή και αντικατάσταση των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών με καινούρια, **εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών** και των αναλωσίμων υλικών, όπως π.χ. φιλμς, υγρά σκιαγραφικού, ηλεκτρόδια ασθενούς, αποθηκευτικά μέσα, τα οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών, καλώδια ασθενούς κτλ.
- γ) Τη λήψη οιοδήποτε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software), κλπ. εφ' όσον το επιτρέπει το ήδη εγκατεστημένο hardware.

- 1.4 Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» βάσει των διεθνών προδιαγραφών του κατασκευαστή Οίκου για την τεχνική υποστήριξη του συγκροτήματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
- 1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε κατά την άποψή της απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος.
- 1.6. Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη (με e-mail) τηλεφωνική κλήση για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11.00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.
- 1.7. Σε περίπτωση μη εύρεσης ανταλλακτικών (λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού), αναγκαίων για αποκατάσταση βλάβης που τυχόν προκύψει στον εν λόγω εξοπλισμό, η επιμέρους σύμβαση αυτού, θα διακόπτεται με έγγραφη ενημέρωση της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» και θα τιμολογείται έως την τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας βλαβών και συντήρησης του συγκροτήματος με ευθύνη του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος, τον αρμόδιο τεχνικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους καθώς και οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ». Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης θα διενεργείται έλεγχος ασφάλειας και μέτρησης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τον αρμόδιο Ακτινοφυσικό του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» και τον τεχνικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

3. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται, ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση, ανά τετράμηνο από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ, εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Η διάρκεια των εργασιών αυτών θα είναι για την κάθε συντήρηση μια (1) ημέρα, εκτός ειδικών αναγκών.

Οι επισκέψεις για διάγνωση βλαβών και πιθανή αποκατάσταση αυτών θα γίνονται τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 08:00' έως 16:00', εκτός εορτών, αργιών, κλπ.

4. ΑΜΟΙΒΗ

- 4.1 Σε περίπτωση διεξαγωγής των εργασιών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επιθυμίας του ΠΕΛΑΤΗ, σε άλλες ημέρες και ώρες εκτός από αυτών που συμφωνήθηκαν στο Άρθρο 3, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα βαρύνεται με προσαυξημένο ωρομίσθιο υπερωριακής εργασίας. **Το ωρομίσθιο αυτό θα ορίζεται στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί από τη ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ.**
- 4.2. Τον ΠΕΛΑΤΗ βαρύνει επίσης ο χρόνος άσκοπης αναμονής των συνεργείων συντήρησης της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ από υπαιτιότητά του κατά τις ημέρες και ώρες που συμφωνήθηκαν στο Άρθρο 3. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί ακριβώς την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών της προγραμματισμένης συντήρησης.

5. DOWN TIME - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήματος λόγω βλάβης συμφωνείται σε 10 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετράται αθροιστικά από τη στιγμή της κλήσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» για επισκευή. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του μηχανήματος πέραν των 10 εργάσιμων ημερών, η σύμβαση θα επεκτείνεται κατά 10 εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης.

6. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 6.1 Η συμφωνηθείσα αμοιβή για τις εργασίες της σύμβασης δεν περιλαμβάνει τυχόν έκτακτες εργασίες, τις οποίες η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα χρεώνει επιπρόσθετα στον ΠΕΛΑΤΗ.
- 6.2 Ως έκτακτες εργασίες νοούνται:
- α) η επιθεώρηση, ενδεχομένως δε και η κατά την κρίση της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος ή μερών αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή Οίκου εφόσον:
1. πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας το συγκρότημα ή μέρη αυτού είτε δεν καλύπτονται από την εγγύηση είτε δεν συντηρούνται από τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» στα πλαίσια σύμβασης πλήρους συντήρησης / επισκευής, ή
 2. κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας διακοπεί χωρίς υπαιτιότητα της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» η υποχρέωση αυτής προς συντήρηση και επισκευή.

- β) η αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε λειτουργία του συγκροτήματος αντίθετη προς τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή του Προμηθευτή Οίκου, σε ενέργεια τρίτων ή σε ανώτερη βία.
- γ) η επιθυμία του ΠΕΛΑΤΗ για μετατροπή, συμπλήρωση, αναβάθμιση ή μεταφορά του συγκροτήματος.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ

7.1 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι στην παράγραφο 1 εργασίες συντηρήσεως και επισκευής θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο και σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή του συγκροτήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία αυτού και συνεπώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος.

7.2 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

7.3 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας φορέων πληροφοριών (CD, MOD, FDD κ.λ.π.), εξ οιουδήποτε λόγου, ειδικότερα δε για το HD εφόσον δεν τηρούνται από το προσωπικό του ΠΕΛΑΤΗ οι διαδικασίες αποθήκευσης και εξασφάλισης των δεδομένων.

7.4 Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» δεν φέρει καμιά ευθύνη για καθυστέρηση στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή στην διάθεση ανταλλακτικών βάσει του παρόντος σε περίπτωση ανώτερης βίας ή άλλων γεγονότων που κατά αντικειμενική κρίση την εμποδίζουν να εκτελέσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις της.

7.5 Πλην των ανωτέρω περιγραφόμενων υποχρεώσεων της, η εταιρία ουδεμία άλλη εγγύηση ρητή ή σιωπηρή αναλαμβάνει.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

8.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΠ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

8.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του Συγκροτήματος αποκλειστικά στη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ρητά συμφωνημένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του

Συγκροτήματος θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης.

- 8.3.** Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν τις υποδείξεις της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» όσον αφορά στον καλό χειρισμό του Συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Οίκου.
- 8.4** Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» κατάλληλο ερμάριο κοντά στο Συγκρότημα για την ομαλή φύλαξη των για τη συντήρηση και επισκευή απαιτούμενων εγχειριδίων, προγραμμάτων, ανταλλακτικών, υλικών, κλπ., τα οποία θα παραμένουν στην κυριότητα της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά περιέρχονται στην κυριότητα της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ»
- 8.5** Προς διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και επισκευής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να διαθέτει στη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις εγκαταστάσεις του Διαγνωστικού του κέντρου, π.χ. τα ίδια τα μηχανήματα και τα μέσα επικοινωνίας. Οι ως άνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς επιβάρυνση της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», η οποία είναι υποχρεωμένη να κάνει λογική χρήση αυτών.
- 8.6** Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να μην επεμβαίνει στο λειτουργικό μέρος του Συγκροτήματος χωρίς την έγγραφη συμφωνία της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».
- 8.7** Δεν επιτρέπεται να γίνεται οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση του Συγκροτήματος από πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό από τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».
- 8.8** Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του Συγκροτήματος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ». Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την σωστή λειτουργία του Συγκροτήματος τα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά του κατασκευαστή Οίκου.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

9.2 ΌΛΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ:

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» Η ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ». ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ

ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, ΕΞΟΔΩΝ.

10. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Αποδεικτικό έγγραφο σε ισχύ για την τεχνική στελέχωση του συντηρητή με τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μηχανικούς και όχι από τρίτους φορείς ή εκπαιδευτές.

2. Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για εξοπλισμό όπως το συγκεκριμένο.

3. Πελατολόγιο με λίστα φορέων με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση εξοπλισμού ίδιας σειράς.

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

5. Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

6. Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

7. Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SIEMENS, μοντέλο AXION ARTIS ZEE (ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ S/N: 138419)

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, εργασίες, δοκιμές και έλεγχος, όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
- Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
- Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.
- Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
- Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, η ανάδοχος εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως (3) τρεις προγραμματισμένες συντηρήσεις, ήτοι μία (1) ανά τετράμηνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου,. Οι εν λόγω επισκέψεις θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασιών ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
2. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.
3. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος, πλην των αναλωσίμων χρήσης, περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα πρέπει να είναι γνήσια και αυτά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Το δε κόστος τους καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση. Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό και της σχετικής ειδοποίησης του τμήματος της Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας.
5. Η σύμβαση δεν καλύπτει τις ακτινολογικές λυχνίες, τους ψηφιακούς ανιχνευτές και τα αναλώσιμα υλικά, το κόστος των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας. Για την ακτινολογική λυχνία θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους (pro rata) Για τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήματα θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους.
6. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της Συντηρήτριας.
7. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.
8. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
9. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στην υλοποίησή τους (εργασία, λογισμικά προγράμματα, και πάσης φύσεως υλικά) χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
10. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα

συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη (e-mail) η τηλεφωνική κλήση για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11.00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξη των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) εργάσιμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει πενθήμερη παράταση της σύμβασης.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.**

2. **ΌΛΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ:**

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» Η ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ». ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, ΕΞΟΔΩΝ.

9. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. **Αποδεικτικό έγγραφο σε ισχύ για την τεχνική στελέχωση του συντηρητή με τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μηχανικούς και όχι από τρίτους φορείς ή εκπαιδευτές.**

2. **Πελατολόγιο με λίστα φορέων με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση εξοπλισμού ίδιου τύπου.**

3. **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.**

4. Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

5. Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

6. Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SIEMENS, μοντέλο AXION ARTIS ZEE
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, εργασίες, δοκιμές και έλεγχος, όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
- Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
- Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.
- Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ και από

Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.

- Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, η ανάδοχος εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως (3) τρεις προγραμματισμένες συντηρήσεις, ήτοι μία (1) ανά τετράμηνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου,. Οι εν λόγω επισκέψεις θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
2. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.
3. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος, πλην των αναλωσίμων χρήσης, περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα πρέπει να είναι γνήσια και αυτά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Το δε κόστος τους καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση. Τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών από την ανίχνευση της βλάβης από τον τεχνικό και της σχετικής ειδοποίησης του τμήματος της Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας.
5. Η σύμβαση δεν καλύπτει τις ακτινολογικές λυχνίες, τους ψηφιακούς ανιχνευτές και τα αναλώσιμα υλικά, το κόστος των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας. Για την ακτινολογική λυχνία θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους (pro rata) Για τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήματα θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους.
6. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων

Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Συντηρητή

7. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.
8. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
9. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στην υλοποίησή τους (εργασία, λογισμικά προγράμματα, και πάσης φύσεως υλικά) χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
10. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος ,μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία.

Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη (e-mail) η τηλεφωνική κλήση για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11.00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξη των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) εργάσιμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει πενθήμερη παράταση της σύμβασης.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

2. ΌΛΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ:

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» Η ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ». ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, ΕΞΟΔΩΝ.

9. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Αποδεικτικό έγγραφο σε ισχύ για την τεχνική στελέχωση του συντηρητή με τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μηχανικούς και όχι από τρίτους φορείς ή εκπαιδευτές.

2. Πελατολόγιο με λίστα φορέων με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση εξοπλισμού ίδιας σειράς.

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

4. Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

5. Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

6. Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SIEMENS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΜΜΟΜΑΤ 3000

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο υπό συντήρηση εξοπλισμός είναι Ένας (1) Μαστογράφος **ΜΑΜΜΟΜΑΤ 3000 Nova** με σειριακό αριθμό **12007** που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, εργασίες, δοκιμές και έλεγχος, όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
- Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιημένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
- Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.
- Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
- Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως (3) τρεις προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, που περιλαμβάνουν:
 2. Τον έλεγχο ασφάλειας.
 3. Τον ποιοτικό έλεγχο και τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ο εξοπλισμός να πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές.
 4. Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμούς κλπ.
 5. Τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαιτήτων υλικών που προβλέπονται από τις διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης .
6. Οι εν λόγω επισκέψεις θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησόμενου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
7. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Εργαλεία ή όργανα που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.
8. Υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή και να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από το Νοσοκομείο.
9. Τα ανταλλακτικά επισκευών συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας, τα υλικά προληπτικής συντήρησης, πλην των αναλωσίμων χρήσης, θα περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα πρέπει να είναι γνήσια και αυτά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Το δε κόστος τους καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση.
10. Η σύμβαση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα υλικά π.χ. υγρά σκιαγραφικού, μέσα αποθήκευσης πληροφοριών (CD&DVD)κλπ., το κόστος των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας. Για την ακτινολογική λυχνία θα παρέχεται εγγύηση εντός έτους (prograta) Για τα υπόλοιπα υλικά και εξαρτήματα θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους.
11. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Συντηρητή
12. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.
13. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
14. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις ασφαλούς

- λειτουργίας του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στην υλοποίησή τους χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
15. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
 16. Να διαθέτει την νόμιμη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare GmbH για να παρέχει υπηρεσίες και ανταλλακτικά και γενικά να υποστηρίζει τεχνικά τον εν λόγω εξοπλισμό για την Ελλάδα.
 17. Να διαθέτει τα επίσημα και επικαιροποιημένα πρωτόκολλα συντήρησης του μηχανήματος.
 18. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να έχει πρόσβαση στην παγκόσμια βάση δεδομένων και βιβλιοθήκη τεχνικής υποστήριξης (Knowledge data base) του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare GmbH την οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις πλέον απαιτητικές βλάβες.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη του Μηχανήματος σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος ,μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Επιπροσθέτως η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» συνιστά στους χρήστες του μηχανήματος την

ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία του.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από Θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του Μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση του Μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη (e-mail) ή τηλεφωνική κλήση για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων (4) ωρών με την προϋπόθεση ότι η κλήση θα φτάνει στην εταιρεία έως τις 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που η κλήση φθάσει μετά τις 11:00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκρίνεται το αργότερο το πρωί της επομένης.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος θα ορίζεται διάστημα 7 (επτά) εργασίμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα θα υπάρχει πενθήμερη παράταση της σύμβασης.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο και όχι από τρίτους φορείς ή εκπαιδευτές, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρησης κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

2 Για όλα τα ανωτέρω επί ποινή απόρριψης θα συνταχθεί πλήρες «φύλλο συμμόρφωσης» προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων συντήρησης, μία προς μία και με κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς όπως τα στοιχεία αυτά ζητούνται, με αντίστοιχες παραπομπές ανά περίπτωση σε έντυπα, βεβαίωσης κ.λ.π. Στο φύλλο συμμόρφωσης για κάθε παραπομπή θα δίνεται ένας αριθμός, κατά αύξουσα σειρά, ο οποίος θα αναγράφεται μέσα σε κύκλο και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής.

3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

οίκου **SMAM s.r.l.**, μοντέλο **EASY MOBILE**

ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι:

Φορητό Ακτινολογικό **SMAM Easy Mobile** με S/N: C2226

Φορητό Ακτινολογικό **SMAM Easy Mobile** με S/N: C2227

Φορητό Ακτινολογικό **SMAM Easy Mobile** με S/N: C2228

Φορητό Ακτινολογικό **SMAM Easy Mobile** με S/N: C2229

Φορητό Ακτινολογικό **SMAM Easy Mobile** με S/N: C2230

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

- Προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
- Επανορθωτική συντήρηση είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- Υποχρεωτικές βελτιώσεις είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτούμενες τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων.
- Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. Τα ανταλλακτικά πλην των ακτινολογικών λυχνιών, περιλαμβάνονται μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης.
- Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 8.30π.μ. έως 16.30 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
- Ανωτέρα βία σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων, και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ:

Επιφυλασσομένων των όρων και των προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

1. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή,

2. Η συντηρήτρια πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
3. Υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησόμενου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων,
4. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου,
5. Οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις εργοστασιακές αλλαγές που προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος και που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα σε εξελιγμένο τεχνικό επίπεδο,
6. Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά,
7. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της και να δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της,
8. Εργάσιμες ώρες και ημέρες θεωρούνται: Οι από 08:30 π.μ. έως 16.30 μ.μ και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών,
9. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων,
10. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντας τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλούμενη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ.)
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα, στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να

προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των μηχανημάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία τους.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Σε περίπτωση ελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία.

Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο.

5. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθσόμενες από την εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα διενεργούνται, ετησίως, **3** (τρεις) συντηρήσεις, ήτοι: Ανά τετράμηνο.

Η εταιρεία θα εκπονεί και θα παραδίδει εγκαίρως στο Νοσοκομείο αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων για το σύνολο των μηχανημάτων και για όλο το συμβατικό χρόνο. Εργαλεία ή όργανα

που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των συγκροτημάτων παρέχονται από την Εταιρεία.

7. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Απεριόριστος αριθμός.

8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

1. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των βλαβών.
2. Εξαιρείται η ακτινολογική λυχνία.
3. Στην περίπτωση όπου, λόγω παλαιότητας των μηχανημάτων, η ανεύρεση των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την επισκευή τους καταστεί αδύνατη, και αφού ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικού τρόπου επίλυσης του προβλήματος, το εκάστοτε μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση, άνευ ουδεμίας επιπλέον ζημίας για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα θα αφαιρείται από τη τιμή της σύμβασης ποσό που θα αναλογεί στο συντηρούμενο εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπ' όψη τη χρονική ποσόστωση για το χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ:

Συμπεριλαμβάνονται.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ:

Η εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε έγγραφη κλήση (e-mail) για διορθωτική συντήρηση εντός τεσσάρων 24 ωρών.

Οι τεχνικοί της εταιρείας θα ενημερώνουν κατά την άφιξή τους τον υπεύθυνο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, εκτός εάν η άφιξή των τεχνικών της εταιρείας δεν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας αυτού. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που δεν παρουσιάζεται πρόβλημα στην ομαλή ανεύρεση ανταλλακτικών.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ως χρόνος ακινητοποίησης για κάθε μηχάνημα θα είναι 10 εργάσιμες ημέρες. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου και για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πάνω από τις 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής

συντήρησης. Στον χρόνο ακινητοποίησης, λόγω βλάβης, προσμετράτε και ο απαιτούμενος για την αντικατάσταση της λυχνίας.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

12.2 Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

12.3 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

12.4 Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ WEINMANN ΤΥΠΟΥ MEDUMAT STANDARD 2

ΑΡΘΡΟΝ 1^ο: ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι τρεις (3) φορητοί αναπνευστήρες του οίκου **WEINMANN** μοντέλο **MEDUMAT STANDARD 2** που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα.

Περιγραφή Εξοπλισμού	ΤΥΠΟΣ	Αριθμός Σειράς	Χώρος
Φορητός Αναπν. WEINMANN	MEDUMAT STANDARD 2	14846	ΤΕΠ
Φορητός Αναπν. WEINMANN	MEDUMAT STANDARD 2	14835	ΤΕΠ
Φορητός Αναπν. WEINMANN	MEDUMAT STANDARD 2	14765	ΤΕΠ

A) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:

1. Την πραγματοποίηση ενός ετήσιου ελέγχου ορθής λειτουργίας και περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, με την παροχή εργασίας καθώς και των προβλεπόμενων ανταλλακτικών της περιοδικής συντήρησης.
2. Την αποκατάσταση απεριόριστου αριθμού βλαβών με παροχή εργασίας και ανταλλακτικών.
3. Την παροχή υλικών (λογισμικό & εξαρτήματα) καθώς και την αντίστοιχη εργασία εγκατάστασής, προγραμματισμού, ρύθμισης και τελικού ελέγχου του εξοπλισμού, λόγω ανάκλησης λογισμικού ή εξαρτημάτων, που γίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Τους πάσης φύσεως ηλεκτροσυσσωρευτές.
5. Την εγκατάσταση και την προμήθεια οποιοδήποτε άλλου υλικού, το οποίο τοποθετείται στο σώμα του αναπνευστήρα και χρήζει περιοδικής ή μη αντικατάστασης, εκτός των αναλωσίμων για τη λειτουργία του που αναφέρονται παρακάτω.

B) Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει.

1. Τα αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αναπνευστήρα και των παρελκόμενων μονάδων/συσκευών (υγραντήρα, νεφελοποιητή κλπ) με τον ασθενή, α) σωληνώσεις αερισμού διαφόρων τύπων και μεγεθών, θερμαινόμενοι ή μη, πολλαπλών ή μίας χρήσεως κλπ, β) τα απαραίτητα συνδετικά Υ κλπ, γ) υδατοπαγίδες αεραγωγών ασθενούς, δ) αντιμικροβιακά φίλτρα, φίλτρα κατακράτησης υγρασίας εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, ε) σωλήνες μέτρησης πίεσης και στ) αισθητήρες οξυγόνου, αισθητήρες ροής, αισθητήρες θερμοκρασίας, καλώδια συνδέσεως, βύσματα. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος του συνόλου των παραπάνω αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο. Ο τιμοκατάλογος θα περιέχει την ονομασία, τον κωδικό, την τιμή και τον αναμενόμενο χρόνο / αριθμό πράξεων για την αντικατάστασή τους.
2. Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής, λόγω υπαιτιότητας χειριστού ή από κακή χρήση του εξοπλισμού.
3. Το κόστος της άσκοπης μετακίνησης τεχνικού, για προβλήματα που μπορεί να επιλύσει ο χρήστης.
4. Το κόστος της εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κτλ), ή από επέμβαση τρίτου προς την εταιρεία τεχνικού.

ΑΡΘΡΟΝ 2^ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση στο τμήμα χρήσης και στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρονοδιαγράμματος συντηρήσεων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις ανάγκες και το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος χρήσης.
2. Η συντήρηση και οι επισκευές του εξοπλισμού να γίνονται από τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να

διαθέτει όλο τον απαραίτητο διακριβωμένο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που θα καλύπτονται από την σύμβαση.

3. Η έγκαιρη και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών για την τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση, έλεγχο, πλήρη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
4. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή μία (1) φορά ετησίως και να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (kit συντήρησης), όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για την διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται με τα προβλεπόμενα και διακριβωμένα όργανα, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» θα δεσμεύεται για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων αυθεντικών υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
5. Η ενημέρωση για οποιαδήποτε ανάκληση του εξοπλισμού ή εξαρτήματος ή δυσμενή περιστατικά και η δωρεάν παροχή κάθε υποχρεωτικής βελτίωσης, που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού.
6. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, που θα συμβούν πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών προληπτικής συντήρησης, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών με χρόνο ανταπόκρισης τεσσάρων (4) ωρών εντός εργάσιμης ημέρας και μετά από την έγγραφη ενημέρωσή της σε ώρες και ημέρες εργάσιμες (από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.). Σε περίπτωση που η αναγγελία της βλάβης γίνει μετά τις 12:00 μ.μ. θα θεωρείται ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη στις 08:00 π.μ.
7. Οι εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ενώ οι εργασίες επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του Ιδρύματος ή στα εργαστήρια της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των «νεκρών» χρόνων των μηχανημάτων και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
8. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, ή για την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης. Στο δελτίο αυτό θα αναφέρεται λεπτομερώς η βλάβη του μηχανήματος καθώς επίσης η περιγραφή και οι κωδικοί των ανταλλακτικών τα οποία πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες που την προκάλεσαν. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον τεχνικό

της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή από τον αναπληρωτή αυτού και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή από τον αναπληρωτή αυτού, στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για το «ΙΔΡΥΜΑ».

9. Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του συντηρούμενου εξοπλισμού.
10. Εάν προκύψει έκτακτη βλάβη σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία Τακτικής Προληπτικής ή Γενικής Συντήρησης, οι εργασίες αποκατάστασής της θα εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης
11. Σε περίπτωση ακινητοποίησης μίας εκ των ανωτέρω συσκευών για διάστημα άνω των (8) εργάσιμων ή μη ημερών για την αποφυγή λειτουργικού προβλήματος, η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να προμηθεύσει με ίδιο ή άλλου μοντέλου αντίστοιχο εξοπλισμό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
15. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:
 - 15.1 Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο στον ίδιο εξοπλισμό.
 - 15.2 Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 15 η νεώτερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:16 νεώτερο για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή σε μετάφραση

όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 3^ο: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DOWN TIME)

Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα ορίζεται το διάστημα (10) δέκα εργάσιμων ή μη ημερών ανά μηχάνημα, εκτός των ημερών προληπτικής συντήρησης, εφόσον δεν δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από την «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟΝ 4^ο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

1. ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΕΤΗ, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΑΝΕΥ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.
2. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ» τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.
3. Το «ΙΔΡΥΜΑ» υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις των οποιωνδήποτε ξένων προς τη «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ», ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω συσκευών από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 5^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες να συντάξουν επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΣ είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ , ως συν/νο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός –αριθμός Τ.Κ. – FAX)

Ημερομην. Έκδοσης:

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ.....ΓΙΑ.....ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας.....οδός.....αριθμός.....Τ.Κ.....]**

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

A)οδός.....αριθμός.....Τ.Κ.....

B)οδός.....αριθμός.....Τ.Κ.....

Γ)οδός.....αριθμός.....Τ.Κ.....

Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

Και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της....., για την προμήθεια....., συνολικής αξίας..... σύμφωνα με τη με αριθμ.Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.**

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ENAN (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Λ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ , 19018, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν.....για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση των εταιρειών..... (ΑΦΜ.....), οδός.....αρ. πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθειασυνολικής αξίας....., και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 4% της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της προμήθειας ειδών....., δηλαδή ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.....παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1) , 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τη Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.....»

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

(ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ)

ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 23/22) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:€

Στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ σήμερα .././.. μεταξύ των συμβαλλομένων:

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**“ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ”», που εδρεύει στη ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ) (Α.Φ.Μ.999252142, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή, κ. ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «**Το Νοσοκομείο**» και

αφετέρου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρίας με την επωνυμία (Α.Φ.Μ....., Δ.Ο.Υ.) που εδρεύει στην, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... .., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**»,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

A. Την 15^η/12/2022 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ για την παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού CPV: 50421000-2 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23/2022 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ' αριθ. συνεδρίασή του (θέμα), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

B. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω ΥΠΗΡΕΣΙΑ, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

1.2. Η παροχή υπηρεσίας θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

1.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με τις ίδιες συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις.

Μπορεί δε, να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης.

1.4 Η σύμβαση μπορεί μονομερώς να καταγγελθεί, σε περίπτωση διενέργειας του διαγωνισμού και σύναψη συμβάσεων, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο, είτε σε Περιφερειακό επίπεδο με συνεργασία περισσότερων Μονάδων.

1.4.1.5 Η σύμβαση λύεται στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί σύμβαση από Κεντρική Υπηρεσία ή σε περίπτωση σύναψης ατομικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Η παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού και ως εκ τούτου της παρούσας σύμβασης. Η τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης

2.2. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους (*εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία*), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (*εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία*) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.

2.3. Η παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσω του αρμοδίου Τμήματος.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

2.4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο/υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

2.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, την αποθήκη υποδοχής των υλικών/υπηρεσιών για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό/υπηρεσία.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού/υπηρεσίας στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό/υπηρεσία, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

2.6. Η παράδοση των υλικών/υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος. Η παράδοση θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία παράδοσης.

Η παραλαβή της προμήθειας/υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

2.7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

3.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών

της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ' αριθ./.....-200... εγγυητική επιστολή τ..., ποσού,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του υλικού/ έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την/..../.....

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού/υπηρεσίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά τη λήξη της.

4.2. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού/υπηρεσία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού/υπηρεσία.

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού/υπηρεσίας, τυχόν εργασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ

5.2. Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.

5.3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

5.4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλαμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5.5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

5.5.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

5.5.2. Η υποβολή του παραστατικού δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

5.6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4152/2013.

5.7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

5.8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

5.9. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

5.10. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

5.11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

6.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση του υπό προμήθεια υλικού ή για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την διάθεση απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη

μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

6.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

6.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

6.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς ελλείψεις και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του. Πρέπει επίσης να πληροί τους ευρωπαϊκούς ή/ και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

7.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

7.3. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

7.4. Η παραλαβή της υπηρεσίας/υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής.

7.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει ότι το Νοσοκομείο διαθέτει επαρκή αριθμό ειδικευμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την καλή χρήση και λειτουργία του υλικού.

7.6. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος ,μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

8.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ' αριθ. 23/2022 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ